

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-45-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Promus Premier, Բոստոն Սայենսիֆիկ	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղապատ ստեղծ: Ստեղծի նյութը՝ պլատին քրոմի համաձուլվածք, որն ունի բարձր ռենտգենկոնտրաստանտեխնոլոգիան և ապահովում է ստեղծի դիրքավորման տեսանելիությունը անոթում ռենտգեն ճառագայթների ներքո: Կիրառվող դեղաձածկույթը՝ Էվերոլիմուս դեղանյութով: Ստեղծի մուտքի տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 0.46 մմ: Դիստալ հատվածը՝ հիդրոֆիլ ծածկույթ է: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստեղծի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 8մմ, 12մմ, 16 մմ, 20մմ, 24մմ, 28մմ, 32մմ, 38մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստեղծի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ; 2,5մմ; 2,75մմ; 3,0մմ; 3,5մմ; 4,0մմ: 38 մմ երկարությունը հասանելի չէ 2,25 տրամագծի դեպքում: Մատակարարման համակարգի աշխատանքային երկարությունը 144 սմ ( $\pm 1$ սմ): Համակարգն ունի մեկ ինֆլացիոն պորտ, որը նախատեսված է $\leq 0,014$ դյույմ (0,36մմ) ուղղորդչի համար: Մատակարարման համակարգի բալոնն ունի երկու

		<p>ռենտգենկոնտրաստ նշակիրներ, որոնց լայնությունը կազմում է 0,94 մմ (<math>\pm 0,08</math> մմ): Նոմինալ ճնշումը՝ ոչ պակաս, քան 11 ատմոսֆեր: Պայթման ճնշումը՝ 16 ատմոսֆեր՝ ստենտի 3.00 - 4.00 (մմ) տրամագծերի դեպքում, և 18 ատմոսֆեր՝ ստենտի 2,25 - 2,75 (մմ) տրամագծի դեպքում՝ խիտ և կայուն աթերոսկլերոտիկ ախտահարման համար: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր E, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-45-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
17	Promus Premier, Բոստոն Սայենսիֆիկ	Բոստոն Սայենսիֆիկ	<p>Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող դեղապատ ստեղծ: Ստեղծի նյութը՝ պլաստիկ քրոմի համաձուլվածք, որն ունի բարձր ռենտգենկոնտրաստանտեղծություն և ապահովում է ստեղծի դիրքավորման տեսանելիությունը անոթում ռենտգեն ճառագայթների ներքո: Կիրառվող դեղաձածկույթը՝ Էվերոլիմուս դեղանյութով: Ստեղծի մուտքի տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 0.46 մմ: Դիստալ հատվածը՝ հիդրոֆիլ ձածկույթ է: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից ստեղծի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 8մմ, 12մմ, 16 մմ, 20մմ, 24մմ, 28մմ, 32մմ, 38մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստեղծի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2,25մմ; 2,5մմ; 2,75մմ; 3,0մմ; 3,5մմ; 4,0մմ: 38 մմ երկարությունը հասանելի չէ 2,25 տրամագծի դեպքում: Մատակարարման համակարգի աշխատանքային երկարությունը 144 սմ (<math>\pm 1</math>սմ): Համակարգն ունի մեկ ինֆլացիոն պորտ, որը նախատեսված է <math>\leq 0,014</math> դյույմ (<math>0,36</math>մմ) ուղղորդչի համար: Մատակարարման համակարգի բալոնն ունի երկու</p>

		<p>ռենտգենկոնտրաստ նշակիրներ, որոնց լայնությունը կազմում է 0,94 մմ (<math>\pm 0,08</math> մմ): Նոմինալ ճնշումը՝ ոչ պակաս, քան 11 ատմոսֆեր: Պայթման ճնշումը՝ 16 ատմոսֆեր՝ ստենտի 3.00 - 4.00 (մմ) տրամագծերի դեպքում, և 18 ատմոսֆեր՝ ստենտի 2,25 - 2,75 (մմ) տրամագծի դեպքում՝ խիտ և կայուն աթերոսկլերոտիկ ախտահարման համար: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր E, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>
--	--	--