

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-46-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Standard Giduwire Radifocus	Terumo	<p>Ճկուն ուղեւար վաեր, վաերի առանցքը նիտինոլից է, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենակոնտրաստ: Ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է հատուկ ծածկույթով և գերճկուն է: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի` 0.035" (0.89 mm): Ճկուն ուղեւարի երկարությունը 150սմ է: Ծայրի ճկուն հատվածի երկարությունը 3-8 սմ է:</p> <p>Ծայրի ձևը` անկյունային (Angled): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-2022/16-46-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
14	Standard Giduewire Radifocus	Terumo	Гибкий канат ваер, ось ваера выполнена из нитинола, покрыта полиуретаном, рентгенконтрастная. Вся рабочая покрыта специальным покрытием и ультрагибкий. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда необходимые размеры по диаметру: 0,035" (0,89 мм). Длина Гибкого канат ваера 150см. Длина гибкой части конца 3-8 см. Кончик - угловатый (Angled). Обязательным условием является наличие сertificate качества CE MARK для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки имеет не менее 50% от всего срока действия.