

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային բարձրակարգ համակարգ, նախատեսված ընդհանուր ախտորոշման, էխոսրտագրության, դոպլեր- դոպլեքս հետազոտության, տրանսկրանիալ դոպլերի, մանր դետալների և մակերեսային գոյացությունների հետազոտման համար: Ճառագայթի թվային ձևավորիչը, ոչ պակաս, քան` 12 բիթ Դինամիկ տիրույթը, առնվազն` 208 Դբ Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորման առկայություն Էխո-

					ազդանշանների զուգահեռ մշակման առկայություն էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակման առկայություն Ֆոկուսներ ազդանշանի փոխանցման ժամանակ, առնվազն՝ 8 Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս, քան՝ 33 սմ Պատկերի մեծացում մասշտաբի իրական ժամանակում ոչ պակաս, քան՝ 25 անգամ Պատկերների սեգմենտար մեծացման առկայություն, B-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 9, Կադրերի առավելագույն հաճախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 500 կադր/վրկ M-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 9, B- և M- ռեժիմների համակցում, B-, M- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցում, Իմպուլս-ալիքային դոպլերի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 12 Անկյան կորեկցիան +/-90o, քայլը՝ 1o PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 500-27900 Հց. , Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ
--	--	--	--	--	---

					պակաս, քան՝ 37,8 մ/վրկ. Հայտնաբերվող միևնույն արագությունը, ոչ ավել, քան՝ 0,02 սմ/վրկ. Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծման առկայություն B- և PW-ռեժիմների համակցում ռեալ ժամանակում Անընդհատ-ալիքային դոպլերի առկայություն Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս, քան՝ 44 մ/վրկ. Հայտնաբերվող միևնույն արագությունը, ոչ ավել, քան՝ 3,2 սմ/վրկ. Անկյան կորեկցիան +/-90°, քայլը՝ 1° Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծման առկայություն Գունավոր դոպլերի առկայություն PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 400 - 17900 Հց Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, առնվազն՝ 384 սմ/վրկ. Հայտնաբերվող միևնույն արագությունը, առնվազն՝ 0,4 սմ/վրկ. Գունավորման քարտեզների քանակը՝ ոչ պակաս, քան՝ 15 Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 387, B- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը
--	--	--	--	--	--

					իրական ժամանակում, B-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, B-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Էներգետիկ դոպլերի առկայություն PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 400 - 17900 Հց, Գունային քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 11 Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, առնվազն՝ 387 B- և Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում B-, PW- և Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Հյուսվածքային դոպլեր PRF հյուսվածքային դոպլերի համար, ոչ պակաս, քան՝ 2100-13900 Հց, Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, առնվազն՝ 1019 B-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Անոթների
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		հունի պատկերավորման ռեժիմ բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ - կատարելագործված դինամիկ հոսք Հյուսվածքային հարմոնիկա Հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ հիմնական հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ Բարդ բազմաալիքային պատկերավորում իրական կոդом CP-EU&U 42F-22/365 և ժամանակում Բարդ
Ар.Медтехника ООО в качестве	участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU&U 42F-22/365 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				բազմաալիքային պատկերավորումը
Номер лота			Предлагаемый товар		B- և զուգամոդուլող ռեժիմների
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики համակցումով Բարդ
4					բազմաալիքային պատկերավորումը
					B-ռեժիմում կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով Տարածական և հաճախականային կողավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում՝ համակցված աղմուկի նվազման մեթոդիկայով B- ռեժիմում տարածական և հաճախականային կողավորման իրական մասշտաբային ժամանակում համակցված աղմուկի նվազման մեթոդիկայով B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կողավորում իրական մասշտաբային

					Ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կողավորում իրական մասշտաբային Ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված կատարելագործված դիսամիկ հոսքի ռեժիմով; Ճշգրիտ պատկերավորում - բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում Էխոագրանշանի ուժեղացման և աղմուկի նվազման համար Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դիսամիկ հոսքի հետ Էլաստոգրաֆիայի ծրագրի առկայություն Պանորամային սկանավորման ծրագրի առկայություն Վիրտուալ կոնվեքսի առկայություն 3D/4D շրագրի
--	--	--	--	--	--

					ավելացման հնարավորություն Սթրեսս-թեստային սրտաբանական ծրագրի ավելացման հնարավորություն հնֆորմացիայի պահպանում և արտահանում Ներկառուցված աշխատանքային կայանի առկայություն Համակարգի ծրագրային ապահովման արագագործ աշխատանք Տեսահանգույց, ոչ պակաս, քան՝ 2700 կադր/վրկ Ստատիկ պատկերների արխիվացում հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Ստատիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD-RW սկավառակի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում հետևյալ ֆորմատներով՝ MPEG-4, CinePack/WMV9, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD- RW սկավառակի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ MPEG-4, CinePack/WMV9, DICOM Տվյալների անմիջական տեղափոխում USB քարտի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV9, DICOM
--	--	--	--	--	---

					"Թարմ" տվյալների պահպանում ներքին կամ արտաքին աշխատանքային միջավայրերում՝ հետագա վերամշակման հնարավորությամբ Կառավարման վահանակ Հեղուկ-բյուրեղային, հպումով կառավարվող Էկրան, տրամագիծը՝ 8,4" Մոնիտոր TFT մոնիտոր, ոչ պակաս, քան՝ 21,5" Թողունակությունը, առնվազն՝ 1920x1080 Դիտարկման անկյունը, ոչ պակաս, քան՝ 90 աստիճան Տվիչների միացման պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 3 Մատակարարման հավաքակազմը՝ Սարք ներբեռնած վերոնշյալ նկարագրված ծրագրերով, Տվիչներ՝ 1. Կոնվեքսային տվիչ, Հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան՝ 2-5 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 128 Դիտարկման անկյունը ոչ պակաս, քան՝ 58 աստիճան, Շառավիղը, ոչ պակաս, քան՝ 50 մմ, Ապահովվող ռեժիմները՝ հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դրալեր, գունավոր դրալեր, Էներգետիկ դրալեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի
--	--	--	--	--	--

					պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, ճշգրիտ պատկերավորում 2. Գծային տվիչ Հախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 5-13 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 128 Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, գունավոր դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մագնսոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, տրապեցանման սկանավորում, ճշգրիտ պատկերավորում 3. Սեկտորային տվիչ Հախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 2-4 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 64 Դիտարկման անկյունը, առնվազն՝ 90 աստիճան, Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, անընդհատ-ալիքային դոպլեր գունավոր դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, ճշգրիտ պատկերավորում Թվային սև-
--	--	--	--	--	---

				սպիտակ տպիչ Համապատասխան հզորության անխափան սնուցման սարք Օգտագործողի ձեռնարկ Այլ պայմաններ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Առնվազն՝ 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում՝ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 կամ համարժեք ISO 9001:2015 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:
--	--	--	--	--