

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/Ն/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	URIT-3000Plus	URIT-3000Plus	URIT-3000Plus	Urit Medical Electronic Co. Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Թափվող պարամետրերի քանակը 20 պարամետր. WBC, LYM#, MON#, NEU#, LYM%, MON%, NEU%, RBC, MCV, HCT, HGB, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PCT, PDW-CV, PDW-SD</li> <li>• Լեյկոցիտների տարաբաժանումը 3 խմբի</li> <li>• Չափման մեթոդը Իմպեդանսային (2կամերաներ) Չափման ճշգրտությունը (accuracy). Էրիթրոցիտների, հոմատոկրիտի, միջին կորպուսկուլյար ծավալի, լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների, հեմոգլոբինի ոչ ավել, քան. 3%, 3%, 2%, 3%, 5%, 2%</li> <li>• Պահանջվող</li> </ul>

Նմուշի քանակը ոչ ավել, քան. 25 մկլ

- Նմուշի նոսրացումը չափումից առաջ ավտոմատ
- Նմուշի վերցման ձևը բաց փորձանոթից
- Անհրաժեշտ ռեագենտները

Իզոտոնիկ նոսրացնող լուծույթ (20 լիտր), լիզիսի լուծույթ (1 լիտր), լվացող լուծույթ (1 լիտր), ցիանիդ չպարունակող

- Ռեագենտների քանակի հսկումը ավտոմատ հսկման համակարգ
- Ստուգաչափումը (կալիբրովկա) մեխանիկական և ավտոմատ
- Չափման արագությունը ոչ պակաս քան 60 նմուշ/ժամ
- Ապերտուրաների տրամագիծը 80 մկմ էրիթրոցիտների և թրոմբոցիտների և 100 մկմ (լեկոցիտների)
- Ճրագրային լեզուև անգլերեն
- Ճրագրային թարմացումը USB 2.0-ի միջոցով
- Հիշողությունը նվազագույնը 10.000 թեստի արդյունք հիստոգրամներով
- Ինֆորմացիայի մուտքագրումը Գրաֆիկական Էկրանի միջոցով, հնարավոր է արտաքին ստեղնաշարի միացում
- Էկրանը գունավոր հեղուկբյուրեղային առնվազը 320x240 չափի, զգայուն,

				<p>29 ստեղներով • Ինտերֆեյսը RS232, USB • Արտաքին ստեղնաշարի միացումը PS/2 կամ USB պորտի միջոցով • Ներդրված տպիչը թերմոտպիչ, թղթի լայնքը 56մմ • Արտաքին տպիչի միացումը USB պորտի միջոցով • Չափսերը (ԵxԼxԲ) առնվազը 350x490x385 մմ • Կշիռը առավելագույնը 15 Ի • • Էլեկտրասնուցումը, հզորությունը 230/110 Վ, 50/60 Հց, 150 ՎԱ • Աշխատանքային միջավայրը ջերմաստիճանը<sup>ա</sup> 15-30<sup>ու</sup>С, խոնավությունը<sup>ա</sup> 80% • Մատակարարման հավաքակազմը սարք, ձեռնարկ, սմուլշի փորձանոթի խառնիչ, ռեագենտների միացման և մաքրման խողովակների հավաքակազմ, արտաքին էլեկտրոսնուցման բլոկ, վերջանյութերի հեռացման տարա (20լ), ռեագենտներ. նոսրացնող լուծույթ (20 լիտր) -1 հատ, լիզիսի լուծույթ (1 լիտր) -1 հատ, վճացող լուծույթ (1 լիտր) -1 հատ, 7% հիպոքլորիդի լուծույթ 100մլ - 1 հատ</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ЕЦДЦПЗР-2022/Л/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					