

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու	Anti-TG Ab	DRG inter.	Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.995, Չգայունությունը՝ 1.94IU/ml CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲՆԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
58	Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու	Anti-TG Ab	DRG inter.	Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.995, Չգայունությունը՝ 1.94IU/ml CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: