

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/Հ/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Jade-40	Jade DRGEM Corporation	Jade-40	DRGEM Corporation	Շարժական ռենտգեն համակարգ, նախատեսված պալատային ռենտգենոգրաֆիաների, բաժանմունքից բաժանմունք և ռեանիմացիոն բլոկ հեշտ տեղաշարժման համար: Գեներատոր Առավելագույն ելքային հզորություն (կՎտ)` 4 կՎտ, Խողովակի լարման միջակայք (կՎ)` 40-120 կՎ Խողովակի հոսանքի միջակայք (մԱ)` 10~100 մԱ Էքսպոզիցիայի միջակայք (մԱվ) առավելագույնը 0.1~250 մԱվ: Անոդի ջերմունակությունը` 56,000ՋՄ ֆոկալ բիծ (մմ)` փոքրը` 0.5մմ, մեծը` 1.5մմ

Ընդհանուր ֆիլտրում՝ 2մմ AI  
կոլիմատորը ներառյալ, Կոլիմատոր՝  
անընդհատ կարգավորում խաչաձև  
ցուցիչով՝ պատկերի ստացման  
դիրքը որոշելու համար (պտտման  
ֆունկցիայի ընտրանքով):  
Գեներատորի կանգնակ, Անիվների  
առկայություն, Գեներատորի  
պտտման անկյուն 360° X/Y  
առանցքի շուրջ: Հարթակ  
սուղբուղի համար Հեշտ  
կառավարվող և տեղաշարժվող:  
Դետեկտոր Ընկալիչի տեսակ  
ցեզիումի յոդիդ, Պիքսելի չափ 150  
մկմ, Պիքսելի մատրիցա 2784x2887  
Տարածական լուծելիություն՝ 3.6  
lp/mm, Լիցքավորված մարկտոցով  
աշխատանքի մասքիմալ  
ժամանակը՝ 8ժ, սպասման  
ռեժիմում՝ 8 ժամ: Թվային  
պատկերների ստացման ծրագրային  
ապահովում, Ներառում է  
անհատականացված ինտերֆեյս,  
պացիենտի գրանցում, պատկերի  
ստացում և մշակում, կտրում,  
նեգատիվ, պատկերի շրջում,  
պտտում, խոշորացում,  
մեկնաբանում, շարժում,  
ցուցաբերում, պատկերի

պատուհանի  
լայնության/մակարդակի  
կառավարում, DICOM պատկերի  
փոխանցում, աշխատանքային  
ցուցակի կազմում,  
վիճակագրություն և հերթագրում  
թվային պատկերի ստացում,  
աշխատանքային կայան (նոոլթբուք)  
Էկրանի չափ՝ 15-դյույմ, CPU: Intel  
Core i5, Օպերատիվ հիշողություն՝  
4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի  
հիշողություն՝ 500ԳԲ, Արտադրողի  
կողմից նախապես տեղադրված  
թվային պատկերների ստացման  
ծրագրային ապահովմամբ: Այլ  
պայմաններ՝ 12 ամիս երաշխիք,  
սպասարկում սերտիֆիկացված  
ինժեների կողմից՝ այդ թվում  
ռենտգենյան խողովակի համար:  
Երաշխիքային սպասարկման  
ընթացքում արտադրողի կողմից  
հաստատված ժամանակացույցով  
պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման  
աշխատանքների իրականացում՝  
սերտիֆիկացված ինժեների կողմից  
ամբողջ համակարգի,  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
սերտիֆիկացված մասնագետի  
կողմից: Սարքը նոր է,

				<p>չօգտագործված և արտադրված մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485, ISO 9001:2015, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ЕЦДЦПДР-2022/2/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					