

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	ETHICON ENDO-SURGERY	Johnson & Johnson	<p>Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի աքսիալ ծայրադիրը (օրիգինալ): Մկրատ կոագուլացիոն Էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով բաց և Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման միևնույն և մաքսիմալ կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա, որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելություն, ինչպես նաև՝ ոտքի սեղմակի միջոցով: Բռնակը ունի ներկառուցված համակարգ, որը զգայական և ձայնային ցույց է տալիս բրանշերի ամբողջական փակումը: Առկա է հետադարձ կապի համակարգ գեներատորի հետ և ծայրադիրի</p>

ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկողության համար Գեն11-ի միջոցով:  
Դա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի արդյունավետությունը և արագությունը, ինչպես նաև նվազեցնում է հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասումը: Առկա է լրացուցիչ ձայնային ազդանշան, որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունը հակափայլային ծածկույթով: Ցողունի երկարությունը 36 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Գործիքի երկարությունը 47 սմ: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Առկա է երկարության 5 մմ ինդիկատոր պասիվ բրանշի երկու կողային մակերեսների վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք ձեռքի բռնակի հետ միանալու համար: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Բրանշերի առբերման ներքին մակերեսի վրա առկա են ռետինե ներդիրներ, ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակի վրա, որի շնորհիվ կանխվում է սահումը և դառնում է հարմարավետ բժշկի աշխատանքը: Աշխատանքային մասը կազմված է ակտիվ՝ սայր և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է ունի հատուկ ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կպումը թեք է, որը ապահովում է օպտիմալ վիզուալիզացիան և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Պասիվ բրանշը ունի ակոսավոր պլաստիկ վրադիր հյուսվածքների հետ էֆֆեկտիվ աշխատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի

			<p>ախտահանման համար: Մատակարարվում են ստերիլ կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի են ԳԵՆ 11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ ադապտորի միջոցով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 15 ամսվա առկայություն: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Փաթեթավորումը՝ 1 հատ ծայրադիր: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:</p>
--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
26	ETHICON ENDO-SURGERY	Johnson & Johnson	<p>Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար Նախատեսված և պարտադիր համատեղելի աքսիալ ծայրադիրը (օրիգինալ): Մկրատ կոագուլացիոն էրգոնոմիկ ատրճանակային բռնակով բաց և Էնդոսկոպիկ միջամտությունների համար ձեռքի ակտիվացման հնարավորությամբ: Նախատեսված է մինչև 5 մմ տրամագծով հյուսվածքների և անոթների հատման և կոագուլյացիայի համար: Ակտիվացիայի բացակայության պայմաններում կարող է օգտագործվել որպես գրասպեր և զաժիմ: Տիտանային սայրի տատանումների հաճախությունը երկայնական ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել հզորության կարգավորման միևնույն և մաքսիմալ կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են բռնակի հիմքի առաջային մակերեսի վրա, որի միջոցով հնարավոր է լինում ապահովել մաքսիմալ հասանելություն, ինչպես նաև՝ ուղի սեղմակի միջոցով: Բռնակը ունի ներկառուցված համակարգ, որը զգայական և ձայնային ցույց է տալիս բրանշերի ամբողջական փակումը: Առկա է հետադարձ կապի համակարգ գեներատորի հետ և ծայրադիրի</p>

ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի վերահսկողության համար Գեն11-ի միջոցով:  
Դա հնարավորություն է տալիս բարձրացնել ծայրադիրի աշխատանքի արդյունավետությունը և արագությունը, ինչպես նաև նվազեցնում է հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասումը: Առկա է լրացուցիչ ձայնային ազդանշան, որը զգուշացնում է ակտիվ սայրի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել ավելի վստահելի հեմոստազ: Ցողունը հակափայլային ծածկույթով: Ցողունի երկարությունը 36 սմ ակտիվ բրանշի ծայրից մինչև ռոտացիոն օղակը: Գործիքի երկարությունը 47 սմ: Ցողունի տրամագիծը 5 մմ: Ցողունի պտույտը 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման տեղում հնարավորություն է տալիս աշխատել մեկ ձեռքով հեշտացնում է տեսանելիությունը և հասանելիությունը վիրահատական դաշտին: Առկա է երկարության 5 մմ ինդիկատոր պասիվ բրանշի երկու կողային մակերեսների վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք ձեռքի բռնակի հետ միանալու համար: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Բրանշերի առբերման ներքին մակերեսի վրա առկա են ռետինե ներդիրներ, ինչպես նաև ձեռքի ակտիվացման կոճակների և ռոտացիոն օղակի վրա, որի շնորհիվ կանխվում է սահումը և դառնում է հարմարավետ բժշկի աշխատանքը: Աշխատանքային մասը կազմված է ակտիվ՝ սայր և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է ունի հատուկ ծածկույթ, որը կանխում է հյուսվածքների կպումը թեք է, որը ապահովում է օպտիմալ վիզուալիզացիան և կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք: Թեք արտափքված և ակտիվ բրանշի պրոքսիմալ մասերը նախատեսված են հիմնականում հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ մասը նախատեսված են հատելու համար: Պասիվ բրանշը ունի ակոսավոր պլաստիկ վրադիր հյուսվածքների հետ էֆֆեկտիվ աշխատելու համար: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի կողպեքով: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի

			<p>ախտահանման համար: Մատակարարվում են ստերիլ կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի են ԳԵՆ 11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ ադապտորի միջոցով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 15 ամսվա առկայություն: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Փաթեթավորումը՝ 1 հատ ծայրադիր: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:</p>
--	--	--	--