

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	ETHICON ENDO-SURGERY	Johnson & Johnson	Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ձեռքի ակտիվացիայով հյուսվածքների ադապտացիայի համակարգով կոագուլյացիոն մկրատը (օրիգինալ): Կոագուլյացիոն մկրատ բաց միջամտությունների հյուսվածքներին ադապտացիայի համար նախատեսված համակարգով, ձեռքի ակտիվացիայի հնարավորությամբ: Մկրատը պլաստիկ կորպուսով երկու մկրատաձև բռնակներով՝ ակտիվ և ֆիքսված, նախատեսված են միաժամանակ հատելու և կոագուլյացիայի համար, որոնք ունեն մինչև 5մմ տրամագծով անոթներ: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում նրանք կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի տատանման հաճախականություն Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ձեռքի ակտիվացիայով հյուսվածքների ադապտացիայի համակարգով կոագուլյացիոն մկրատը (օրիգինալ): Կոագուլյացիոն մկրատ բաց միջամտությունների հյուսվածքներին ադապտացիայի համար նախատեսված համակարգով, ձեռքի

ակտիվացիայի հնարավորությամբ: Մկրատը պլաստիկ կորպուսով երկու մկրատաձև են երկայնակի ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել մինիմալ կամ մաքսիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են ծայրադիրի ստորին մակերեսի վրա հեշտ հասանելիության համար կամ ոտքի առբերման միջոցով: Կոճակների ընդհանուր քանակը 2 հատ է: Լրացուցիչ ծայնային ազդանշանը հուշում է ակտիվ բրանշի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ կառավարել հեմոստազը: Ցողունի ընդհանուր երկարությունը 17 սմ հաշված սայրից մինչև ձեռքի կառավարման MAX կոճակը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է, կոնաձև, թեք, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել աշխատանքային դաշտի տեսանելիությունը: Ակտիվ բրանշի /սայր/ երկարությունը 16 մմ: Բրանշի բացվածքը կազմում է 23,4 մմ: Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ վրադիր ակոսիկներ, որը ապահովում է հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատանքը: Գործիքի ցողունը այլումինից է և նվազեցնում է ծայրադիրի տաքացումը: Բրանշերի առբերման բռնակները սիմետրիկ են օղակաձև: Բրանշերի առբերման բռնակների ներքին մակերեսի և ակտիվացիայի կոճակների վրա առկա ռետինային ծածկույթը կանխում են վիրաբույժի ձեռքի սահելը և նպաստում են ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Բռնակների օղակների ամբողջական սեղմման դեպքում առկա տարածությունը ապահովում է կառավարելի կոմպրեսիա չազդելով դիսսեկցիայի վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք թեթևացված լապարոսկոպիկ բռնակին միանալու համար: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման: Մատակարարվում է ստերիլ, կոմպլեկտավորվում է աշխատանքային մասի կողպեքով և աջակցող ռետինային վրադիրով ծայրադիրը մոնտաժելու համար: Կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի է GEN11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով: Նոր է,

		չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 15 ամսվա առկայություն: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Փաթեթավորումը՝ 1 հատ մկրատ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕДХАՊԶԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
27	ETHICON ENDO-SURGERY	Johnson & Johnson	Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ձեռքի ակտիվացիայով հյուսվածքների ադապտացիայի համակարգով կոագուլյացիոն մկրատը (օրիգինալ): Կոագուլյացիոն մկրատ բաց միջամտությունների հյուսվածքներին ադապտացիայի համար նախատեսված համակարգով, ձեռքի ակտիվացիայի հնարավորությամբ: Մկրատը պլաստիկ կորպուսով երկու մկրատաձև բռնակներով՝ ակտիվ և ֆիքսված, նախատեսված են միաժամանակ հատելու և կոագուլյացիայի համար, որոնք ունեն մինչև 5մմ տրամագծով անոթներ: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում նրանք կարող են օգտագործվել որպես գրասպեր կամ սեղմակ: Մկրատի տիտանային սայրի տատանման հաճախականությունը երկայնակի ուղղությամբ 55,5 կՀց: Ծայրադիրը հնարավոր է ակտիվացնել մինիմալ կամ մաքսիմալ հզորության ռեժիմների կոճակների միջոցով, որոնք տեղակայված են ծայրադիրի ստորին մակերեսի վրա հեշտ հասանելիության համար կամ ոտքի առբերման միջոցով: Կոճակների ընդհանուր քանակը 2 հատ է: Լրացուցիչ ձայնային ազդանշանը

հուշում է ակտիվ բրանշի ջերմաստիճանի բարձրացման մասին, որը լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ կառավարել հեմոստազը: Ցողունի ընդանուր երկարությունը 17 սմ հաշված սայրից մինչև ձեռքի կառավարման MAX կոճակը: Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ/սայր/ և պասիվ բրանշերից: Ակտիվ բրանշը տիտանային է, կոնաձև, թեք, որը հնարավորություն է տալիս լավացնել աշխատանքային դաշտի տեսանելիությունը: Ակտիվ բրանշի /սայր/ երկարությունը 16 մմ: Բրանշի բացվածքը կազմում է 23,4 մմ: Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ վրադիր ակոսիկներ, որը ապահովում է հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատանքը: Գործիքի ցողունը այլումինից է և նվազեցնում է ծայրադիրի տաքացումը: Բրանշերի առբերման բռնակները սիմետրիկ են օղակաձև: Բրանշերի առբերման բռնակների ներքին մակերեսի և ակտիվացիայի կոճակների վրա առկա ռետինային ծածկույթը կանխում են վիրաբույժի ձեռքի սահելը և նպաստում են ձեռքի հարմար տեղակայմանը: Բռնակների օղակների ամբողջական սեղմման դեպքում առկա տարածությունը ապահովում է կառավարելի կոմպրեսիա չազդելով դիսսեկցիայի վրա: Առկա է ակոսավոր մուտք թեթևացված լապարոսկոպիկ բռնակին միանալու համար: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման: Մատակարարվում է ստերիլ, կոմպլեկտավորվում է աշխատանքային մասի կողպեքով և աջակցող ռետինային վրադիրով ծայրադիրը մոնտաժելու համար: Կարող են կիրառվել կարդիոստիմուլյատորներով հիվանդների մոտ: Համատեղելի է GEN11 գեներատորների հետ հատուկ հարմոնիկ փոխարկիչի միջոցով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 15 ամսվա առկայություն: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Փաթեթավորումը՝ 1 հատ մկրատ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ

			վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:
--	--	--	--