

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	ETHICON ENDO-SURGERY	Johnson & Johnson	<p>Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ձեռքի ակտիվացման համար բռնակը (օրիգինալ): «HARMONIC» և «GEN11» գեներատորի համար նախատեսված լապարոսկոպիկ բռնակ HP054 , որը ուլտրաձայնային գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում է ծայրադիրի ակտիվ սայրի մեխանիկական երկայնական տատանումների 50-100 մկմ դիապազոնում 55,5 կՀց հաճախականությամբ: Բաղկացած է մետաղական բռնակից և միացնող լարից, որը վերջանում է կտրվածքով կցորդիչով, որը իր վրա ունի ճիշտ միացման համար նախատեսված մակնշում: Նախատեսված է 95 ակտիվացիայի համար, առկա է ներկառուցված հաշվիչ: Բռնակին միացված ծայրադիրները /թե 5 և թե 10մմ տրամագծով/ հնարավոր է ձեռքով ակտիվացնել մաքսիմալ և մինիմալ /հնարավոր է կարգավորել/ հզորության ռեժիմներով, ինչպես նաև ոտքի սեղմակների միջոցով: Նախատեսված է բազմանվագ օգտագործման համար, հնարավոր է ախտահանում ավտոկլավացման միջոցով մինչև 120oC ջերմաստիճանի պայմաններում:</p>

		<p>Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում ունի հերմետիզացիայի համար կափարիչ որը օգտագործվում է նախաստերիլիզացիոն մշակման ժամանակ միացման մեխանիզմը պաշտպանելու համար: Տրամադրվում է առնվազն 9 ամսվա երաշխիքային կտրոն: Գործարանային փաթեթավորում: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p> <p>Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: *Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕДХԱՊՁԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
28	ETHICON ENDO- SURGERY	Johnson & Johnson	Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ձեռքի ակտիվացման համար բռնակը (օրիգինալ): «HARMONIC» և «GEN11» գեներատորի համար նախատեսված լապարոսկոպիկ բռնակ HP054 , որը ուլտրաձայնային գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում է ծայրադիրի ակտիվ սայրի մեխանիկական երկայնական տատանումների 50-100 մկմ դիապազոնում 55,5 կՀց հաճախականությամբ: Բաղկացած է մետաղական բռնակից և միացնող լարից, որը վերջանում է կտրվածքով կցորդիչով, որը իր վրա ունի ճիշտ միացման համար նախատեսված մակնշում: Նախատեսված է 95 ակտիվացիայի համար, առկա է ներկառուցված հաշվիչ: Բռնակին միացված ծայրադիրները /թե 5 և թե 10մմ տրամագծով/ հնարավոր է ձեռքով ակտիվացնել մաքսիմալ և մինիմալ /հնարավոր է կարգավորել/ հզորության ռեժիմներով, ինչպես նաև ոտքի սեղմակների միջոցով: Նախատեսված է բազմանվագ օգտագործման համար, հնարավոր է ախտահանում ավտոկլավացման միջոցով մինչև 120օC ջերմաստիճանի պայմաններում:

			<p>Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում ունի հերմետիզացիայի համար կափարիչ որը օգտագործվում է նախաստերիլիզացիոն մշակման ժամանակ միացման մեխանիզմը պաշտպանելու համար: Տրամադրվում է առնվազն 9 ամսվա երաշխիքային կտրոն: Գործարանային փաթեթավորում: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p> <p>Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: *Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:</p>
--	--	--	---