

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	ETHICON ENDO-SURGERY	Johnson & Johnson	<p>Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ձեռքի թեթևացված բռնակը (օրիգինալ): Բռնակ թեթևացված ձեռքի այեգոէլեկտրական էլեմենտներով: Նախատեսված է ուլտրաձայնային վիրաբուժական գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները բարձր հաճախականության մեխանիկական տատանումների /55,5 կՀց / վերածման համար: Այդ տատանումները փոխանցվում են ծայրադիրների սայրին, որոնք էլ իրենց հերթին տատանվում են երկայնակի ուղղությամբ: Բաղկացած է բռնակից, որի վրա առկա է ակոսավոր ելուն, որի միջոցով էլ միանում է ծայրադիրներին և ճկուն մեկուսացված լարից, որը վերջանում է ռետինապատ խրոցով, որով միանում է գեներատորի առաջային մակերեսին գտնվող բունցին: Խրոցի վրա առկա է գունային մակնշում, որը հնարավորություն է տալիս արագ և ճիշտ միացնել բռնակը գեներատորին: Ներկառուցված է հաշվիչ՝ ակտիվացիաների քանակը հաշվելու համար /100 ակտիվացիա/: Հնարավոր է ակտիվացնել ծայրադիրը, հենց ծայրադիրի վրա տեղակայված ձեռքային տրիգերի, ինչպես նաև ոտքի սեղմակի</p>

			<p>միջոցով: Ունի բռնակի վիճակի թեսթավորման ֆունկցիա: Թերուղյան արտածում գեներատորի դիսպլեյի վրա: Անհատական ձայնային ինդիկացիա բռնակի անսարքության, բռնակի և գեներատորի, բռնակի և ծայրադիրի սխալ միացման դեպքում: Մատակարարվում է կանխարգելիչ պլաստիկ գլխիկով, որը կանխում է ակոսավոր ելունի վնասումը: Մատակարարվում է ոչ ստերիլ: Առկա է մեկ ստուգողական ծայրադիր, որը նախատեսված է բռնակի ադեկվատ աշխատանքի թեսթավորման համար: Տրամադրվում է առնվազն 9 ամսվա երաշխիքային կտրոն: Գործարանային փաթեթավորում: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕДХԱՊՁԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
29	ETHICON ENDO- SURGERY	Johnson & Johnson	Հարմոնիկ Գեն11 գեներատորի համար նախատեսված և պարտադիր համատեղելի ձեռքի թեթևացված բռնակը (օրիգինալ): Բռնակ թեթևացված ձեռքի այեգոէլեկտրական էլեմենտներով: Նախատեսված է ուլտրաձայնային վիրաբուժական գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները բարձր հաճախականության մեխանիկական տատանումների /55,5 կՀց / վերածման համար: Այդ տատանումները փոխանցվում են ծայրադիրների սայրին, որոնք էլ իրենց հերթին տատանվում են երկայնակի ուղղությամբ: Բաղկացած է բռնակից, որի վրա առկա է ակոսավոր ելուն, որի միջոցով էլ միանում է ծայրադիրներին և ճկուն մեկուսացված լարից, որը վերջանում է ռետինապատ խրոցով, որով միանում է գեներատորի առաջային մակերեսին գտնվող բունցին: Խրոցի վրա առկա է գունային մակնշում, որը հնարավորություն է տալիս արագ և ճիշտ միացնել բռնակը գեներատորին: Ներկառուցված է հաշվիչ՝ ակտիվացիաների քանակը հաշվելու համար /100 ակտիվացիա/: Հնարավոր է ակտիվացնել ծայրադիրը, հենց ծայրադիրի վրա տեղակայված ձեռքային տրիգերի, ինչպես նաև ոտքի սեղմակի

			<p>միջոցով: Ունի բռնակի վիճակի թեսթավորման ֆունկցիա: Թերուղյան արտածում գեներատորի դիսպլեյի վրա: Անհատական ձայնային ինդիկացիա բռնակի անսարքության, բռնակի և գեներատորի, բռնակի և ծայրադիրի սխալ միացման դեպքում: Մատակարարվում է կանխարգելիչ պլաստիկ գլխիկով, որը կանխում է ակոսավոր ելունի վնասումը: Մատակարարվում է ոչ ստերիլ: Առկա է մեկ ստուգողական ծայրադիր, որը նախատեսված է բռնակի ադեկվատ աշխատանքի թեսթավորման համար: Տրամադրվում է առնվազն 9 ամսվա երաշխիքային կտրոն: Գործարանային փաթեթավորում: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացույցային օրվա ընթացքում, սակայն ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի 25-ը:</p>
--	--	--	--