

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-23/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 58              | Anti-TG Ab         | 100-12           | ԱԼԿՈՐ ԲԻՈ ՍՊԸ       | <p>Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.995, Չգայունությունը՝ 1.94IU/ml CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավորվում է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲԼԱ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики   |
| 58         | Anti-TG Ab             | 100-12        | ԱԼԿՈՐ ԲԻՈ ՍՊԸ              | Anti-TG Ab որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96<br>թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.995,<br>Չգայունությունը՝ 1.94IU/ml CE mark կամ ISO 13485<br>սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան<br>շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության<br>ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի<br>առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In<br>Vitro Diagnostic only Մատակարարը պարտավորվում է<br>վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը<br>ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: |