

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԼԲԼԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Gel& clot activator	5 ml	Shangdong Chengwu medical	Արյան սմուլառման վակուումային փորձանոթ կափարիչով` 5.0 մլ: Արյան սմուլառման վակուումային փորձանոթ կափարիչով` մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը` 5 մլ, չափսերը` 13 * 100 մմ: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի սմուլառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայություն` պացիենտի անուն/ ազգանուն, սմուլառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՂԱՅՔԱԲԼԱ նախ քան ցուցաբերվում է ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42	Gel& clot activator	5 ml	Shangdong Chengwu medical	Արյան սմուլառման վակոււմային փորձանոթ կափարիչով` 5.0 մլ: Արյան սմուլառման վակոււմային փորձանոթ կափարիչով` մակարդուկ ակտիվացուցիչով և գել բաժանարարով: Փորձանոթի ծավալը` 5 մլ, չափսերը` 13 * 100 մմ: Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի սմուլառման ծավալի նիշը և թվով նշված ծավալը : Փորձանոթի վրա պիտակի առկայությունը` պացիենտի անուն/ ազգանուն, սմուլառման ամսաթիվ գրելու հնարավորությամբ: : Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics և ունենան CE (Conformité Européene) նշան: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):