

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	MAGLUMI PRL	Snibe Diagnostic	Maglumi 800 վերլուծիչի համար նախատեսված Maglumi Պրոլակտինի որոշման թեստ հավաքածու (Maglumi PRL): Օրիգինալ: Մեթոդ՝ Էլեկտրոխիմիլումինեսցենսային անալիզ: Ֆորմատ՝ 100 թեստ տուփում, կալիբրատոր, կոնտրոլ/հատ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 800 (հանդիսանում է փակ համակարգ) վերլուծիչով աշխատելու համար, որը կարող է աշխատել միայն Maglumi PRL օրիգինալ թեստ հավաքածուով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ΠΠΣC UΠC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΥΔΑΠ2Ρ-2023/15-1-ΕΠΡΖ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
39			