

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	NC Emerge	Բոստոն Սայենսիֆիկ	<p>Դիլատացիոն կաթետեր` չընդլայնվող գնդանոթով: Ցածր պրոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է սրածայր Նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեգմենտային շաֆթ` ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 6, 8, 12, 15, 20, 30 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի` 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ: Մուտքային պրոֆիլը` 0.017"/0.43 մմ (±2%): Բալոնի և շաֆթի ծածկույթը` հիդրոֆիլիկ: Նոմինալ ճնշումը` ոչ ավել, քան` 12 մթն: Պայթման ճնշումը` 12 -18 մթն. կախված չափերից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները`</p>

			գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2023/16-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	NC Emerge	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Դիլատացիոն կաթետեր՝ չընդլայնվող գնդանոթով: Ցածր պրոֆիլային բալոնային կաթետեր կորոնար անգիոպլաստիկայի համար: Կազմված է սրածայր նեյլոնե դիստալ մասից, ունի ռենտգենոկոնտրաստ նշանակիրներ, երկսեգմենտային շաֆթ՝ ճկուն դիստալ մասով և կոշտ միջին և պրոքսիմալ մասերով: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չաափերն են ըստ երկարության՝ 6, 8, 12, 15, 20, 30 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ: Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017"/0.43 մմ (±2%): Բալոնի և շաֆթի ծածկույթը՝ հիդրոֆիլիկ: Նոմինալ ճնշումը՝ ոչ ավել, քան՝ 12 մթն: Պայթման ճնշումը՝ 12 -18 մթն. կախված չափերից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝

			գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	---