

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	HI98118	Hanna Instruments	Գրպանի սարք ջրածնային ցուցանիշի (pH ցուցանիշի) չափման համար, տարբեր միջավայրերում՝ լուծույթ, ջուր, սննդամթերք, հումք եւ այլն: Միջակայք՝ սկսած՝ 0.00-14.00 pH, Ճշգրտությունը՝ $\pm 0.2$ pH, Պարունակում է Էլեկտրոդ/զոնդ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Ներկայացնել ապրանքային նշան և արտադրողի անվանումը:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիսոն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
44	HI98118	Hanna Instruments	Գրպանի սարք ջրածնային ցուցանիշի (pH ցուցանիշի) չափման համար, տարբեր միջավայրերում՝ լուծույթ, ջուր, սննդամթերք, հումք և այլն: Միջակայք՝ սկսած՝ 0.00-14.00 pH, ճշգրտությունը՝ ± 0.2 pH, Պարունակում է Էլեկտրոդ/զոնդ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Ներկայացնել ապրանքային նշան և արտադրողի անվանումը: