

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Accuforce	Terumo	<p>Բալոն չընդլայնվող գնդանոթով: Կաթետերի երկարությունը` 145սմ: Հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, նոմինալ ճնշումը` 1216 ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը` 2229 ԿՊա 2.25-ից 4.0մմ տրամագծով բալոնների համար, 2026 ԿՊա` 4.5մմ- ից 5.0մմ տրամագծով բալոնների համար: Բալոնները եռաթև են, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը` 0.43մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծի` 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 մմ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ծեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի</p>

առնվազն 50%-ը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2023/16-11-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Accuforce	Terumo	<p>Катетр с нерасширяемым баллоном, длина катетера 145см, закупаемый с целью для оказания услуг стентирования по госзаказу. С гидрофильным покрытием, номинальное давление : 1216 кПа, максимальное давление: 2229 кПа для цилиндров диаметром от 2,25 до 4,0 мм, 2026 кПа для цилиндров диаметром от 4,5 до 5,0 мм. Цилиндры трехлопастные, что позволяет быстро нагнетать давление в цилиндре. Диаметр входного наконечника 0,43 мм. В зависимости от величины диаметра оперируемого сосуда необходимые размеры катетера по диаметру: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм. Формат: шт. Сертификаты качества CE MARK обязательны для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики, функции и инструкции по использованию в виде заводского руководства.</p> <p>Наличие не менее 70% всего срока годности на момент поставки.</p> <p>Покупатель имеет право вернуть или заменить размер товара на другой размер по мере необходимости, если в наличии имеется не менее 50%</p>

всего срока годности товара.