

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Roche Diagnostics	Accutrend Plus	Accutrend Plus	Roche Diagnostics	"բիոքիմիական կիսավտոմատ Էքսպրես սարք, փոքր չափսերով և դյուրակիր Չափվող պարամետրեր՝ Խոլեստերին, Գլյուկոզ, Տրիգլիցերիդ, Լակտատ Նմուշի տեսակը՝ թարմ մազանոթային արյուն Հիշողություն՝ 100 արդյունք յուրաքանչյուր ցուցանիշից՝ ժամանակով, ամսաթվով, և ուղեկցող ինֆորմացիայով Չափման միջակայք mmol/l` Գլյուկոզ՝ 1.1-33.3 , Խոլեստերին՝ 3.88-7.76 , Տրիգլիցերիդ 0.80-6.86, Լակտատ՝ 0.8-21.7 Հավաստագրերը՝ CE , IVD հավաստագրերի առկայություն:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					