

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԹԱՐ-ԼԱԲ» ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>BS-010120-AAI_BS-010120-FK Ապահովում է նմուշների ինտենսիվ խառնում և ջերմաստիճանի վերահսկում միկրոփորձանոթներում կամ ՊՇՌ փլեյթներում: Ձեռուցման (մինչև +100°C) և խառնելու գործառույթները կարող են իրականացվել ինչպես միաժամանակ, այնպես էլ ինքնուրույն, այսինքն՝ միավորը մեկում իրենից ներկայացնում է երեք սարք մեկում՝ Թափահարիչ, Չոր բլոկային թերմոստատ, Թերմո-թափահարիչ: Ձերմաստիճանային միջակայքը՝ 25-1000C, Ձերմաստիճանի վերահսկման միջակայք՝ 5°C բարձր միջավայրից ... +100°C, Ձերմաստիճանի կարգավորման լուծումը՝ 0.1°C, Ձերմաստիճանի կայունությունը՝ ±0,1°C, Ձերմաստիճանի ճշգրտությունը +37°C-ում՝ ±0,5°C, Ձեռուցման միջին արագությունը +25°C-ից մինչև +100°C՝ առնվազն 4°C/րոպե, Արագության վերահսկման միջակայքը՝ 250–1400 rpm, Թվային ժամանակի կարգավորումը՝ 1 րոպեից - 96 ժամ, ժամաչափի ձայնային ազդանշան՝ +, Էկրանը՝ LCD, Մուտքային հոսանք/Էներգիայի սպառում՝ 12 V, 3.5 A / 42 W: Ադապտերի առկայություն 220-240Վ, հաճախականությունը՝ 50-60Հց հոսանքին միացնելու համար Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СТАР-ЛАБ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10/02020-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	