

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|------------------------------|---------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Հեմատոլոգիական անալիզատոր | WGD-Z3 | WGD LLC | <p>WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH%, MXD%, NEUT%, LYMPH#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, GRAN: Դիագրամմա՝ WBC, RBC, PLT: Հետազոտվող արյան ծավալը՝ 10մկլ: Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական կամ նոսրացված երակային և մազանոթային արյուն: Չափման արագությունը՝ 70 նմուշ/ժամ երակային արյուն: Ռեագենտների քանակը՝ 2 ռեագենտ Չափման եղանակը (լեյկոցիտ, էրիթրոցիտ, թրոմբոցիտ)- ծավալային իմպեդանսի փոփոխում: Հեմոգլոբինի որոշումը սպեկրոտոֆոտոմետրիկ , ոչ ցիանիդային : Որակի վերահսկումը՝ Լեվեյ- Ջեննինգսի գրաֆիկներ Որակի հսկման նյութեր 3 մակարդակի՝ ցածր միջին, բարձր : Սարքավորումն ունի LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: 400.000 և ավելի հետազոտություն պահպանելու</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հնարավորություն: Էկրանը՝ 10,4 inch, զգայուն հպումային Էկրան, Շտրիխ կոդ կարդալու սարք Ինտերֆեյսն ունի LIS համակարգին միանալու</p> <p>հնարավորություն: Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել սարքի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|---------------------------|--------|----------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Հեմատոլոգիական անալիզատոր | WGD-Z3 | WGD LLC | <p>WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH%, MXD%, NEUT%, LYMPH#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, GRAN: Դիագրամմա՝ WBC, RBC, PLT: Հետազոտվող արյան ծավալը՝ 10մկլ: Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական կամ նոսրացված երակային և մազանոթային արյուն: Չափման արագությունը՝ 70 նմուշ/ժամ երակային արյուն: Ռեագենտների քանակը՝ 2 ռեագենտ Չափման եղանակը (լեյկոցիտ, էրիթրոցիտ, թրոմբոցիտ)- ծավալային իմպեդանսի փոփոխում: Հեմոգլոբինի որոշումը սպեկրոտոֆոտոմետրիկ , ոչ ցիանիդային : Որակի վերահսկումը՝ Լեվեյ- Ջեննինգսի գրաֆիկներ Որակի հսկման նյութեր 3 մակարդակի՝ ցածր միջին, բարձր : Սարքավորումն ունի LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: 400.000 և ավելի հետազոտություն պահպանելու</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հնարավորություն: Էկրանը՝ 10,4 inch, զգայուն հպումային Էկրան, Շտրիխ կոդ կարդալու սարք Ինտերֆեյսն ունի LIS համակարգին միանալու</p> <p>հնարավորություն: Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել սարքի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:</p> |
|--|--|--|--|--|