

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	մեզի վերլուծիչներ	UA-SA13-120	Bioevopeak	Կիսաավտոմատ մեզի վերլուծիչ: Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրերը՝ տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, Նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն(էրիթրոցիտ/հեմոգլոբին), ասկորբինաթթու: Արտադրողականությունը 120թեստ /ժամ Ստուգաչափումը՝ Թեստ ստրիպների միջոցով: Հիշողություն՝ 1000 նմուշի արդյունք, Էկրանը հեղուկբյուրեղային է: Տպիչը՝ ներքին ջերմային Բոլոր տվյալների մուտքագրումը՝ ձեռքով Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում՝

տեղադրումից հետո:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	մեզի վերլուծիչներ	UA-SA13-120	Bioevoreak	<p>Կիսաավտոմատ մեզի վերլուծիչ: Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրերը՝ տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն(էրիթրոցիտ/հեմոգլոբին), ասկորբինաթթու: Արտադրողականությունը 120թեստ /ժամ Ստուգաչափումը՝ Թեստ ստրիպների միջոցով: Հիշողություն՝ 1000 սմուլի արդյունք, Էկրանը հեղուկբյուրեղային է: Տպիչը՝ ներքին ջերմային Բոլոր տվյալների մուտքագրումը՝ ձեռքով Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում՝</p>

տեղադրումից հետո: