

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Բի Բրաուն	Պերֆուզոր կոմպակտ	Բի Բրաուն	Բի Բրաուն	Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակՄեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչՍարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշանչեղուկներին եւ կարծր սյուրերին դիմացկուն դիզայն՝ ABS

պատյան
(հարվածադիմացկուն)՝ չոսքի
արագությունը ոչ պակաս քան
0,1-ից 1200 մլ / ժամ
միջակայքում չոսքի արագության
աճ՝ ոչ ավելի քան 0,1 մլ /
ժամ Ներարկման ընդհանուր
ծավալը՝ ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000
մլ միջակայքում ժամանակի լիմիտը՝
ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99
ժ տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր
արտադրողների)՝ 5 ից 60
մլ, Ճշգրտություն (նախատեսված
ներարկիչներ): $\pm 2\%$ Խցանման
ճնշումը՝ կարգավորելի KVO՝
կարգավորելի E՝ 1 մլ / ժամից մինչև
10 մլ / ժամ Բոլուս՝ կարգավորելի ոչ
պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ
տիրույթում Տազնապային
ազդանշանային / անվտանգության
տալիս E հետևյալ դեպքերում.
Խցանում, ինֆուզիոն ավարտված E,
ցածր մարտկոց ծրագրավորման
սխալ, ներարկիչի սխալ
դիրքավորում, ամրացման
սխալ Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ
ճանաչելիություն չոսանքի
արտահոսքի պաշտպանություն
(սարքավորումների տեսակը

				<p>CF)Պաշտպանություն Էլեկտրական հարումներից (II դասի սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրական II դասերից ին լիցքավորվող մարտկոց մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում Սնուցումը` 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍԼ ԲԱԶՎՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25					