

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխստերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	ZENITH LAB(JIANGSU) CO.,LTD, China	Ցենտրիֆուգ Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ցենտրիֆուգեր՝ արյան տարբեր բաղադրիչներն անալիզի համար առանձնացնելու համար: Գործառնական պահանջներ. Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Փորձանոթի տարողություն 15 մլ («Վակուտայներ» փորձանոթներ) միջակայքում Կառավարման վահանակ (ոչ պակաս քան)- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների,

արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ` ժամանակաչափով Դռան արգելափակումը Սպասարկում - անխոզանակ շարժիչ` ճշգրիտ արագության նախնական ընտրությամբ և ցուցադրմամբ Արագության տիրույթ. 200-ից 5000 պտ / րոպե տիրույթում Համակարգի կազմաձևման պարագաներ, պահեստամասեր և ծախսվող նյութեր Ցենտրիֆուգը հագեցած է ֆիքսված անկյան ռոտորով: Փորձանոթների դիրքերի քանակն անկյունային ռոտորում 18 փորձանոթ էլեկտրոսնուցում` 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը` 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	LC-05C (A051518)	ZENITH LAB(JIANGSU) CO.,LTD, China	Настольная центрифуга Центрифуги необходимы в лаборатории для разделения различных компонентов крови для анализа. Эксплуатационные требования: Компактная конструкция для работы без вибрации Настольная версия Емкость пробирки. в диапазоне 15 мл (пробирки «Вакутайнер») Панель управления (не менее) - для переключателя запуска/остановки, динамических тормозов, бесступенчатого регулятора скорости с переключателем

нулевого пуска и индикатора скорости с таймером. Дверной замок Не требующий технического обслуживания бесщеточный приводной двигатель с точным предварительным выбором скорости и дисплеем. Диапазон оборотов: в диапазоне от 200 до 5000 об/мин Аксессуары для настройки системы, запасные части и расходные материалы

Центрифуга должна быть оснащена ротором с фиксированным углом наклона. Количество положений пробирок в угловом роторе: 18 пробирок Электропитание 220 В, 50/60 Гц Комплектация и аксессуары: Установка и пусконаладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке

Оборудование новое, неиспользованное В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия не менее чем 24 месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 или

					эквивалент CE Mark (Directive 93/42/EEC) или FDA или эквивалент
--	--	--	--	--	---