

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Վիրահատական լուսատու առաստաղային 2 գմբեթի առկայություն LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ 50.000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը 180 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), 160,000 լյուքս CRI ինդեքսը` 93 Գունային ջերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը 3, ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ ռեժիմը 5000±500Կ Պայծառության

ինտենսիվության կարգավորման  
առկայությունն Կառավարման  
վահանակով լույսի ինտենսիվության  
կարգավորման համար  
Էլեկտրոնային համակարգի  
առկայությունն Ինտենսիվության  
վերահսկողությունը 6 քայլ Լուսային  
դաշտի տրամագիծը 220-ից մինչև  
300 մմ տիրույթում Լամպի  
վերահսկման համար անհրաժեշտ  
շարժական և ավտոկլավային  
մանրէագործման ենթակա  
կենտրոնական բռնակների  
առկայությունը Սնուցում՝ 220Վ,  
50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Սարքավորումը  
պետք է ամրացվի մոտ 3,2 մետր  
բարձրությամբ կախովի առաստաղի  
մակարդակով (վիրահատարանների  
ընդհանուր բարձրությունը մոտ 4  
մետր է, վերջնական չափսերը  
կճզգրտվեն վիրահատարանների  
վերջնական կառուցապատումից  
հետո) Լրակազմում ներառված են  
բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ

				<p>սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատու առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէագերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն)) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	700/500 LED Shadowless Operating lamp	SHANGHAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	Хирургический светильник потолочный Наличие 2 купола Наличие светодиодный источников света (LED) Срок службы светодиодов 50.000 часов Количество светодиодов 180 шт Освещенность операционного поля (расстояние 1м), 160.000 люкс Индекс цветопередачи CRI, 93 Регулировка цветовой температуры 3 ступеней 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K Наличие регулировки интенсивности яркости Наличие электронной системы регуляции интенсивности свечения с панели

Регулировка интенсивности 6 ступеней Диаметр светового поля в диапазоне от 220 до 300 мм  
Наличие съемных и автоклавируемых центральных рукояток для управления лампой  
Питание: 220В, 50/60Гц  
Комплектация и акссесуары:  
Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новое, неиспользованное  
Оборудование должно быть закреплено на уровне подвесного потолка высотой около 3,2 метра (общая высота операционных около 4 метров, окончательные размеры будут скорректированы после окончательной постройки операционных) В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и акссесуары для полноценной работы оборудования (например, крепления операционного света к потолку, инструкции пользователя, автоклавируемые рукоятки - 4шт и т.д.) Гарантия не менее чем 24

					месяцев Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	---