

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՇԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Contec	Contec	CMS8000+ETCO2	Contec	<p>Հիվանդի մոնիտոր CO2 վերլուծիչով Հիվանդի մոնիտորը նկարում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2), պուլսի հաճախությունը (HR) և ածխաթթու գազի (CO2) հագեցվածությունը արտաշնչված օդի մեջ (EtCO2) Օգտագործվում է հիվանդներին մոնիտորինգի ենթարկելու համար տեղափոխման ժամանակ՝ օգտագործելով մարտկոցներ, իսկ</p>

չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է Էկրանին ալիքի ձևերով և թվային արժեքներով Դիսփլեյ/Էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT հպումային Էկրան, Էկրանի անկյունագիծը 12,1", 7 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր Թողունակության արագությունը՝ կարգաբերված է 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Դիսփլեյի պիքսելները 800x600 Մոնիտորի ինտերֆեյսը Էլեկտրացանցի / մարտկոցի շահագործումից, ցանցի շահագործում. Ներկառուցված էլեկտրասնուցման բլոկի միջոցով Մարտկոցի շահագործումը. Ինտեգրված մարտկոցի միջոցով Մարտկոցի գործարկման ժամանակը՝ 2.5 ժամ Սնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60Հց Բուժեր. տրենդների ցուցանիշների համար Համակարգի ընդլայնում Ճրագրակազմի թարմացումներն ինտերֆեյսերի միջոցով. Կատարողական պարամետրերի շրջանակի ընդլայնում Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են՝ ECG,

RESP, NIBP, SPO2, PULSE RATE, EtCO2, DUAL-TEMP S-T հատվածի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծությունն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, EtCO2, տվյալների պահպանում (360 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն Ներքին բարձր հստակության ջերմային կետերի մատրիցային պրինտեր, որը կարող է նկարել ալիքների ձևեր և նիշեր (ըստ ցանկության) ECG Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Կալիբրացման ազդանշան` 1 մՎտ Սրտի բաբախների քանակը. Չափման միջակայքը` 25-ից 250 բ/րոպե Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան NIBP Մեթոդը` օսկիլոմետրիկ, Ռեժիմը` Manual, Auto, STAT Չափման միջակայքն AUTO ռեժիմով` ոչ պակաս քան 2-60 րոպե Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմով` 5 րոպե Սրտի հաճախության միջակայքը` 40-220 հարված մեկ րոպեի ընթացքում

Ահագանգի տեսակները` SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Adult
նեժիմ SYS: 40-240 mmHg DIA: 13-210 mmHg MEAN: 26-230 mmHg
Pediatric նեժիմ SYS: 40- 200 mmHg DIA: 13-150 mmHg MEAN: 26-160 mmHg
Neonatal նեժիմ SYS: 10 -135 mmHg DIA: 13 -100 mmHg MEAN: 26-110 mmHg
Ճնշման թողունակությունը` 1mmHg
Ճշգրտության ճնշման առավելագույն միջին սխալ. ± 5 mmHg
Առավելագույն ստանդարտ շեղումը` ± 8 mmHg
Պաշտպանություն գերճնշումից Adult նեժիմ: 300 ± 3 mmHg Pediatric նեժիմ: 240 ± 3 mmHg Neonatal նեժիմ: 150 ± 3 mmHg
SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) Չափման միջակայք` 1-100%
Ահագանգի միջակայք` 40-100%
Թողունակությունը` 1 %
Ճշգրտությունը` 70% -100% $\pm 2\%$
1%-69% ± 5 Ակտուալիզացման միջակայք` մոտ 1 վրկ. Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ.,
Չարկերակային արագություն Չափման և ազդանշանային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером ЭА № 001/2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե
 Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե,
 ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե
 Շնչառություն (Respiration) Չափման
 և ազդանշանային միջակայք (ոչ
 պակաս քան) Մեթոդը՝
 դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև
 Դիֆերենցիալ մուտքային
 ռիստորություն $\geq 2.5 \mu\Omega$
 Համապատասխանում է ՀՀ ԱԸՆԿՐ-2023/33
 հմախնդանսի չափման միջակայքը՝

0.3-5.0Ձ Իմպենդանսի հիմնական
 գծի միջակայքը՝ 0-2.50
 տեխնիկական հատկություն՝ 0.3-2.5 Հg

Շնչառության հաճախություն
 Չափման և ազդանշանային
 միջակայք Adult: 0-120 rpm Neo/Ped:
 0 -150 rpm Թողունակությունը՝ 1
 բաբախ/րոպե Ճշգրտություն՝ ± 2
 բաբախ/րոպե Ավսօտ ահազանգ՝
 10-40 S Ձերմաստիճան Չափման և
 ազդանշանային միջակայք (ոչ
 պակաս քան) 2 կանալ Չափման և
 ազդանշանային միջակայք՝ 0-50°C,
 թողունակություն՝ 0.1°C
 Ճշգրտությունը՝ ±0.1°C
 Ակտուալացման
 Ժամանակահատվածը՝ մոտ 1 վրկ
 Միջին ժամանակի հաստատունը՝
 <10 վրկ. EtCO2 Չափման և

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
22				

ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) EtCO₂ (կողային հոսք) Մեթոդը՝ ինֆրակարմիր սպեկտր Սահմանները՝ 0.0-13% Թողունակությունը՝ 1 mmHg (0.1%) Ճշգրտությունը՝ 5% EtCO₂ Պարագաներ Մեկանգամյա Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար NIBP ճարմանդներ երեխաների համար Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար Էլեկտրական լար Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) SpO₂ սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար EtCO₂-ի չափման հավաքածու Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը Նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) / FDA
--	--	--	--	--	--