

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Bioevopeak	Bioevopeak	PM-12F	Bioevopeak	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` ոչ պակաս քան 2 ժամ: Դիսփլեյը 12.1" TFT գունավոր էկրան, 90° ծալվող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ ֆորմատով Ամեն պտղի

սրտի լսաագրանշանները հասանելի են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ Օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco գրու և այլն Տվյալների պահպանում ոչ պակաս քան 12 ժամ Ազդանշանային համակարգ Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝ TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2 Փոխակերպիչները՝ բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն Հաճախականությունը՝ 1 Mhz Չափման միջակայքը 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում Ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան  $\pm 2$  բաբախ/րոպե Արգանդի ակտիվություն (TOCO) Չափման միջակայքը 0-100 միավոր միջակայքում Տպիչ Թերմոպրինտեր Տպող գլխիկը ջերմակայուն 110 մմ

				<p>երկարությամբ Արագությունները 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-ածև ծավված թուղթ Թղթի տեսակը՝ սովորական սև թերմոթուղթ Տվյալների, ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ 1.</p> <p>Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2.</p> <p>Տպիչի թուղթ՝ 2 փաթեթ 3.</p> <p>Ուլտրաձայնային գել՝ 1 շիշ</p> <p>Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը Նոր Է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42					