

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլեն Ավետյան Գևորգի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	4K LAPAROSCOPIC SURGERY KIT	Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,LTD	4K LAPAROSCOPIC SURGERY KIT	Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,LTD	<p>Լապարոսկոպ Լրակազմը. 1. Էնդոսկոպիկ թվային տեսախցիկի համակարգ - 1 հատ 2. Լույսի աղբյուր - 1 հատ 3. 4K տեսախցիկի գլխիկ - 1 հատ 4. Բժշկական մոնիտոր - 1 հատ 5. Էնդոսկոպ - 1 հատ 6. Իսուֆլյատոր - 1 հատ 7. Օպտիկամանրաթելային լուսատար - 1 հատ 8. Սարքավորումների դարակաշար - 1 հատ 9. Լապարասկոպիկ պոմպ - 1 հատ 10. Գործիքակազմ Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկ 4K վիդեո մշակման միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով 3840x2160 պիքսել</p>

լուծաչափով Կողմերի
հարաբերակցությունը 16:9 4K
տեսանյութի ձայնագրում, առնվազն
4K պատկերի ձայնագրում,
սառեցման գործառույթ, 2,5 անգամ
պատկերի թվային մեծացում, 10
օգտագործողի պարամետրերի
պահպանում Պատկերի մշակման
թվային ալգորիթմներ՝ գույնը և
հյուսվածքի կառուցվածքը
բարելավելու համար Իրական
բնական գույներ՝ իրական
ժամանակում ցուցադրելու համար
Տեսանյութի և պատկերի
ձայնագրման գործառույթ, սպիտակ
գույնի բալանսի ավտոմատ և
ձեռքով կառավարում, ոչ պակաս
քան 1 USB միակցիչ հիշողության
կրիչի համար Պատկերի
աղմուկ/աղմուկ
հարաբերակցությունը՝ 54 դԲ
Կարմիր- դեղին տարածքում գույնի
ճշգրտման հնարավորություն
Դեղինի գույնի ճշգրտման
հնարավորություն Վիդեո ելքեր՝ SDI
4K վիդեո ելք, SDI FHD վիդեո ելք,
HDMI FHD վիդեո ելք Ցանցային
լարումը 100-240V 50/60 Հց Որակի
վկայականներ (առկայություն)

ISO13485 , CE, ISO9001, FDA 4K տեսախցիկի գլխիկ 4K տեսախցիկի գլխիկ` 5 կառավարման կոճակով Տեսախցիկի գլխիկի միացուցիչը պետք է համապատասխանի մատակարարվող Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկին 3840x2160 պիքսել լուծաչափով 4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրեագերծման հնարավորության առկայությունն Տեսախցիկի գլխի քաշը ` 300 գրամ Zoom-ը պետք է ապահովվի Zoom-TV-ադապտերի միջոցով կամ տեսախցիկի գլխիկի մեջ ներկառուցված համակարգի միջոցով, որը պետք է համատեղելի լինի 4K պատկերի հետ և ապահովի կիզակետի հեռավորությունը ` 15մմ -30մմ տիրույթում Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի տեսակը` լուսադիոդային Լամպի կյանքը ` 30.000 ժամ Գույնի ջերմաստիճանը `6000K Լույսի հզորությունը -300 Վտ քսենոնի լամպին համարժեք Լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի բացակայություն Անշրանցիկ

հպումային կառավարման վահանակ
Սպասարկման միակցիչը ` USB
առկայություն, տեսանյութի մուտքի
միակցիչը analog video կամ BNC
Սպիտակ գույնի ավտոմատ
հավասարակշռության Ցանցի
լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Որակի
վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 , CE, ISO9001, FDA
Օպտիկամանրաթելային լուսատար
Տրամագիծը ` 5 մմ, համատեղելի է
այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և
Էնդոսկոպների հետ, չտաքացող,
մոնոմանրաթելային տիպի
Երկարությունը ոչ պակաս քան 3000
մմ Պետք է համատեղելի լինի
մատակարարվող հավաքածուի
լույսի աղբյուրի և Էնդոսկոպների
հետ Որակի վկայականներ
(առկայություն) ISO13485 , CE ,FDA
4K բժշկական մոնիտոր Էկրանի
չափը 32 դյույմ 3840 x 2160 պիքսել
լուծաչափով Պատկերի դիտման
անկյունները` 170 աստիճան
Պատկերի թույլատրելիությունը 4K
UHD 60Հց, մուլտիմոդալ հիբրիդ
պատկերի տեխնոլոգիա,
ինտելեկտուալ պատկերի
լուծաչափի բարձրացման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

տեխնոլոգիա Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը՝ 16:9 Մուտքերը ոչ պակաս քան 12G SDI, DP, HDMI, DVI-D Ելքերը՝ 3G SDI Բժշկական կարգի մոնիտոր Անվտանգության թեստ ըստ IEC 60601-1-2 4.0 Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 , CE, FDA

Элен Аветян Геvorg частный предприниматель (ЧП) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Էլեկտրոնայ Համատեղելի Է 4K պատկերի որակի հետ Դիտման անկյունը 0°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ

Աշխատանքային երկարություն ոչ տեխնիկական հատկություն ոչ պակաս քան 310 մմ

Ավտոկլավավորվող Ինսուլֆլյատոր Ամբողջական հավաքածու

Մետաղական կորպուս, կայուն քիմիական մաքրման նյութերին Գազը՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ Նախահիստոֆլացման ռեժիմ վերեշի ասեղի օգտագործման համար Ինտրա-արդոմիսլալ ճնշման մշտադիտարկման և ավելցուկ ճնշումի բաց թողնելու համար Նախատեսված ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգի առկայություն Տեսա- և ձայնա- ազդանշանային համակարգի առկայություն Ինտրա-արդոմիսլալ ճնշման փաստացի

Номер лота
5

фирменное наименование

товарный знак

Предлагаемый товар
марка

наименование производителя

թվային ցուցանիշների դիտարկման
հնարավորության առկայություն
Ինսուֆլացման ` 1-45 Լ / րոպե
միջակայքում Ինսուֆլացիայի
ներորոպայնային Ճնշումը` 0-25 մմ
սնդ. սյուն միջակայքում Ցանցի
լարումը 100-240 V 50/60 Հց Որակի
վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 CE , FDA
Լապարոսկոպիայի համար ներծծող
և իրիգացիոն պոմպ Ամբողջական
հավաքածու Ներառում է
խողովակների հավաքածուն,
ներծծման խողովակը ` 2
կոճակներով Իրիգացիայի հոսքը ` 2
Լ / րոպե Ներծծման հոսքը ` 2 Լ /
րոպե Առավելագույն ճնշումը ` 450
մմ ս.ս. տիրույթում Ցանցի լարումը
100-240 V 50/60 Հց Որակի
վկայականներ (առկայություն)
ISO13485 , CE, ISO9001, FDA
Սարքավորումների դարակաշար
Կոմպակտ սայլակ բարձր
դիմացկունության նյութից
Էլեկտրական հոսանքի
կենտրոնական անջատիչի
առկայություն 4 հատ ոչ պակաս
քան 100 մմ տրամագծով
հակաստատիկ անիվների վրա

Սարքավորումների համար
նախատեսված ,4 դարակների
առկայություն Տեսախցիկի բռնիչի
առկայություն 220 Վոլտի ոչ պակաս
քան 8 վարդակների առկայություն
Անհրաժեշտության դեպքում
(կախված մատակարարվող
սարքավորումների մուտքային
լարումներից) համապատասխան
հզորության տրանսֆորմատորի
առկայություն Առավելագույն
բեռնատարողությունը` 150 կգ
Չափերը (ոչ պակաս քան) լայնություն
նախորդություն քարձրություն
650x650x1400 մմ Մոնիտորի հենակ
ոչ պակաս քան 31 դյույմ
մոնիտորների համար, բարձրության
կարգավորման հնարավորության
առկայությամբ, պտտվող` 270
աստիճան, բարձրության
կարգաբերումը` 200մմ Ցանցի
լարումը 100-240 V 50/60 Հց
Գործիքակազմ. Վերեշի ասեղ.
տրամագիծը` Ø2 մմ, երկարությունը`
170 մմ ±3%, չժանգոտվող մետաղից
Տրոկար (1 հատ) նախատեսված Ø10
մմ տրամագիծով աշխատանքային
գործիքների համար,
աշխատանքային երկարությունը`

105 մմ $\pm 5\%$, բազմակի
օգտագործման մետաղական
տրոկարի պարկուճ, պարուրածեւ,
փականը մետաղական՝ թերթիկային
տիպի Տրոկարի օբտուրատոր (1
հատ) նախատեսված $\varnothing 10$ մմ
տրամագիծով աշխատանքային
գործիքների համար, բրգանման
ծայրով Տրոկար (1 հատ)
նախատեսված $\varnothing 5$ մմ տրամագիծով
աշխատանքային գործիքների
համար, աշխատանքային
երկարությունը՝ 103 մմ $\pm 5\%$,
բազմակի օգտագործման
մետաղական տրոկարի պարկուճ,
պարուրածեւ, փականը
մետաղական՝ թերթիկային տիպի
(փոխարենը կարող է
մատակարարվել նաև միանգամյա
օգտագործման նմանատիպ ոչ
պակաս քան 20 տրոկար) Տրոկարի
օբտուրատոր (1 հատ)
նախատեսված $\varnothing 5$ մմ տրամագիծով
աշխատանքային գործիքների
համար, եռանկյուն ծայրով
Ռեդուկտոր. անցումային չափսեր
տրամագիծը՝ $\varnothing 11-5.5$ մմ,
երկարությունը 190 մմ $\pm 3\%$
Ասեղնաբռնիչ. ձախ կոր շրթունք,

տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ Ասեղնաբռնիչ. աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ Կլիպապլիկատոր. տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ LL, չափը՝ միջին մեծ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Թվային տեսախցիկի համակարգը, տեսախցիկի գլխիկը, բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուրը, ինսուֆյատորը և Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպը նույն արտադրողից են Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը համատեղելի են միմյանց հետ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

				են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար) ISO13485 CE, FDA, ISO 9001:
--	--	--	--	---