

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	WATO EX-65	Mindray	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ VCV, PCV, PSV, SIMV, PSV-VG (համարժեք է PRVC-ին), Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով` 15" 1024 x 768 պիքսել Առանձին

Նեոկառուցված թթվածնային հոսքաչափ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ Արտացոլում մոնիտորի վրա Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ Պարամետրերը Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ Ներշնչման հոսքը՝ 120 լ/ր Շնչառության հաճախությունը՝ 2-ից 100 շնչ/րոպ միջակայքում I:E ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H₂O Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H₂O PEEP՝ 3 - 30 սմ H₂O միջակայքում Մարտկոցի առկայություն Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 240 րոպե Ազդանշաններ O₂ գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ pmax, pmin, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin Այլ պահանջներ Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող ամրակների առկայություն O₂

չափման համակարգի առկայություն
Իգոյուրանի և սեվոֆյուրանի
գոլորշիացուցիչների առկայություն
Հուլիսի CO2 կլանիչ Սուլցում 220
Վ, 50/60 Հg Հիմնական լրակազմ
Անիվներով հենքի վրա
օդափոխության սարք, հիվանդի
կոնտուրի բռնակ, գազի
աղբյուրներին միացնելու
խողովակների համալիր Հոսքի
տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,
բազմակի օգտագործման 2 հատ
(Մեծահասակների, երեխաների)
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր
լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ
Նախատեսված սարքավորման
լիարժեք շահագործման համար
(օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի
օգտագործման համար
Նախատեսված շնչառական
խողովակներ մեծահասակների

				<p>Երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ ISO13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2023/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					