

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ջրի մաքրման կայան հեմոդիալիզի սարքավորումների համար MOL-TX-CSB	Ջրի մաքրման կայան հեմոդիալիզի սարքավորումների համար MOL-TX-CSB	MOL-TX-CSB	Molewater System Co., Ltd	Ջրի մաքրման կայան (ՋՄԿ) հեմոդիալիզի սարքավորումների համար Միացված սարքերի քանակը` 10-15 (միաժամանակ աշխատող սարքեր` ընդլայնման հնարավորությամբ) Նվազագույն արտադրողականություն` 750 լ / ժամ` մուտքային ջրի 10oC ջերմաստիճանի դեպքում Ռեվերս օսմոսի (ՌՕ) կառավարման միկրոպրոցեսորային համակարգի առկայություն Մաքրված ջրի հաղորդունակությունը համաձայն YԿ 0572 -2015 (ISO 13959:2002-ին համարժեք) Ջերմաստիճանի

ցուցադրման (դիսպլեյ)
առկայությունն Հաղորդունակության
չափիչի, ճնշման չափիչի և հոսքի
ինդիկատորի առկայությունն
Համակարգը ամբողջությամբ
ավտոմատացված է
Սարքավորումների լրակազմ
Մեխանիկական գտիչ Մուտքային
ջրի պահպանման բակ
Պոմպակայան Նստվածքային
Ֆիլտրման և մետաղների հեռացման
ավտոմատ գտիչ Փափկեցման
ավտոմատ ֆիլտր Դեքլորացման
ածխածնային ավտոմատ ֆիլտր Ջրի
գտման (աղահեռացում) ՌՕ
համակարգ Ջրամատակարարման
ներքին համակարգ՝ օգտագործելով
PEX խողովակներ (ՋՄԿ արտադրողի
կողմից գրավոր հաստատում)
Ջրամատակարարման ներքին
համակարգի անցկացում դեպի 5
հեմոդիալիզի սարքերի համար
Նախատեսված կետեր
օգտագործելով PEX խողովակներ
Դիալիզի մեքենային ջրի միացման
կետերում չժանգոտվող պողպատից
պատրաստված միացումների
առկայությունն Փոստ ՌՕ ջրի
քիմիական, աղտոտվածության,

Էնդոթոքսինների և մանրէաբանական թեստերը համապատասխանում են AAMI ստանդարտներին խողովակաշարը նեռարյալ բոլոր միացումները և ջրահեռացման համակարգը պաշտոնապես (գրավոր) կհամաձայնեցվեն ՌՕ-ի կամ ՋՄԿ-ի արտադրողի հետ խողովակաշարի ախտահանման հնարավորության առկայություն: Ախտահանում՝ ջերմային կամ քիմիական Սնուցում. Սնուցում՝ 380-400 Վ, 50 Հց (Երեք ֆազ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն և/կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Նշում. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ: Թեստերը պետք է իրականացվեն պատվիրատուի տեխնիկական ներկայացուցչի (COTR) կամ մշտապես աշխատող ինժեների (RE) ներկայությամբ: Նշում.Բոլոր փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են համալիրի տեղադրման և շահագործման

				<p>ընթացքում, պետք է կատարվեն մատակարարի սեփական միջոցներից Համալիրը ներառում է լիարժեք գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները (Օրինակ՝ ջրի պոմպ, լրացուցիչ ջրի պոմպ, ջրի բակ, խողովակներ, միացումներ, տարբեր տիպի տվիչներ և այլն) Երաշխիք՝ 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ISO13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					