

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Medtronic Covidien	EleVision™ 4K+	EleVision™ 4K+	Medtronic	Լապարոսկոպ Լրակազմը. 1. Էնդոսկոպիկ թվային տեսախցիկի համակարգ - 1 հատ 2. Լույսի աղբյուր - 1 հատ 3. 4K տեսախցիկի գլխիկ - 1 հատ 4. Բժշկական մոնիտոր - 1 հատ 5. Էնդոսկոպ - 1 հատ 6. Իսուֆլյատոր - 1 հատ 7. Օպտիկամանրաթելային լուսատար - 1 հատ 8. Սարքավորումների դարակաշար - 1 հատ 9. Լապարասկոպիկ պոմպ - 1 հատ 10. Գործիքակազմ Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկ Ոչ պակաս քան 4K վիդեո մշակման միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով

Ոչ պակաս քան 3840x2160 պիքսել
լուծաչափով Կոդմերի
հարաբերակցությունը 16:9 Ոչ
պակաս քան 4K տեսանյութի
ձայնագրում, առնվազն 4K
պատկերի ձայնագրում, սառեցման
գործառույթ, ոչ պակաս քան 2,5
անգամ պատկերի թվային
մեծացում, ոչ պակաս քան 10
օգտագործողի պարամետրերի
պահպանում Պատկերի մշակման
թվային ալգորիթմներ՝ գույնը և
հյուսվածքի կառուցվածքը
բարելավելու համար Իրական
բնական գույներ՝ իրական
ժամանակում ցուցադրելու համար
Տեսանյութի և պատկերի
ձայնագրման գործառույթ, սպիտակ
գույնի բալանսի ավտոմատ և
ձեռքով կառավարում, ոչ պակաս
քան 1 USB միակցիչ հիշողության
կրիչի համար Պատկերի
աղմուկ/աղմուկ
հարաբերակցությունը ոչ ավելի քան
54 դԲ Կարմիր- դեղին տարածքում
գույնի ճշգրտման հնարավորություն
Դեղինի գույնի ճշգրտման
հնարավորություն Վիդեո ելքեր ոչ
պակաս քան SDI 4K վիդեո ելք, SDI

					FHD վիդեո ելք, HDMI FHD վիդեո ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք MDSAP կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք 4K տեսախցիկի գլխիկ 4K տեսախցիկի գլխիկ՝ ոչ պակաս քան 3 կառավարման կոճակով Տեսախցիկի գլխիկի միացուցիչը պետք է համապատասխանի մատակարարվող Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկին Ոչ պակաս քան 3840x2160 պիքսել լուծաչափով 4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրեագերծման հնարավորության առկայություն Տեսախցիկի գլխի քաշը ոչ ավել քան 300 գրամ Zoom-ը պետք է ապահովվի Zoom-TV-ադապտերի միջոցով կամ տեսախցիկի գլխիկի մեջ ներկառուցված համակարգի միջոցով, որը պետք է համատեղելի լինի 4K պատկերի հետ և ապահովի կիզակետի հեռավորությունը ոչ պակաս քան 15մմ -30մմ տիրույթում Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի տեսակը՝
--	--	--	--	--	--

					լուսադիոդային Լամպի կյանքը ոչ պակաս քան 30.000 ժամ Գույնի ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան 6000K Լույսի հզորությունը - ոչ պակաս քան 300 Վտ քսենոնի լամպին համարժեք Լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի բացակայություն Անջրանցիկ հպումային կառավարման վահանակ Սպասարկման միակցիչը ոչ պակաս քան USB առկայություն, տեսանյութի մուտքի միակցիչը analog video կամ BNC Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք MDSAP կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Օպտիկամանրաթելային լուսատար Տրամագիծը ոչ ավելի քան 5 մմ, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և Էներգոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի Երկարությունը ոչ պակաս քան 3000 մմ Պետք է համատեղելի լինի
--	--	--	--	--	---

						Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 310 մմ Ավտոկլավավորվող Ինսուֆլյատոր Ամբողջական հավաքածու Մետաղական կորպուս, կայուն քիմիական մաքրման նյութերին Գազը՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ Նախահիսուֆլացման ռեժիմ վերեջի ասեղի օգտագործման համար Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման մշտադիտարկման և ավելցուկ ճնշումի բաց թողնելու համար Նախատեսված ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգի առկայություն Տեսա- և ձայնա- ազդանշանային համակարգի առկայություն Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման փաստացի թվային ցուցանիշների դիտարկման հնարավորության առկայություն Ինսուֆլացման ոչ պակաս քան 1-45 Լ / րոպե միջակայքում Ինսուֆլյացիայի ներորոգվայնային ճնշումը ոչ պակաս քան 0-25 մմ սնդ. սյուն միջակայքում Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք MDSAP կամ համարժեք CE Mark (Directive
--	--	--	--	--	--	---

					93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպ Ամբողջական հավաքածու Ներառում է խողովակների հավաքածուն, ներծծման խողովակը ոչ պակաս քան 2 կոճակներով Իրիգացիայի հոսքը ոչ պակաս քան 2 Լ / րոպե Ներծծման հոսքը ոչ պակաս քան 2 Լ / րոպե Առավելագույն ճնշումը ոչ պակաս քան 450 մմ ս.ս. տիրույթում Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք MDSAP կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Սարքավորումների դարակաշար Կոմպակտ սայլակ բարձր դիմացկունության նյութից Էլեկտրական հոսանքի կենտրոնական անջատիչի առկայություն Ոչ պակաս քան 4 հատ ոչ պակաս քան 100 մմ տրամագծով հակաստատիկ անիվների վրա Սարքավորումների համար նախատեսված ոչ պակաս քան 4 դարակների առկայություն Տեսախցիկի բռնիչի առկայություն
--	--	--	--	--	--

						220 Վոլտի ոչ պակաս քան 8 վարդակների առկայություն Անհրաժեշտության դեպքում (կախված մատակարարվող սարքավորումների մոտքային լարումներից) համապատասխան հզորության տրանսֆորմատորի առկայություն Առավելագույն բեռնատարողությունը ոչ պակաս քան 150 կգ Չափերը (ոչ պակաս քան) լայնությունxխորությունxբարձրություն 650x650x1400 մմ Մոնիտորի հենակ ոչ պակաս քան 31 դյույմ մոնիտորների համար, բարձրության կարգավորման հնարավորության առկայությամբ, պտտվող ոչ պակաս քան 270 աստիճան, բարձրության կարգաբերումը ոչ պակաս քան 200մմ Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Գործիքակազմ. Վերեշի ասեղ. տրամագիծը` Ø2 մմ, երկարությունը` 170 մմ ±3%, քրոմապատ կամ չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (1 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը`
--	--	--	--	--	--	---

						105 մմ $\pm 5\%$, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրածեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի (փոխարենը կարող է մատակարարվել նաև միանգամյա օգտագործման նմանատիպ ոչ պակաս քան 20 տրոկար) Տրոկարի օբտուրատոր (1 հատ) նախատեսված $\varnothing 10$ մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով Տրոկար (1 հատ) նախատեսված $\varnothing 5$ մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը՝ 103 մմ $\pm 5\%$, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրածեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի (փոխարենը կարող է մատակարարվել նաև միանգամյա օգտագործման նմանատիպ ոչ պակաս քան 20 տրոկար) Տրոկարի օբտուրատոր (1 հատ) նախատեսված $\varnothing 5$ մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, եռանկյուն ծայրով
--	--	--	--	--	--	--

					Ռեդուկտոր. անցումային չափսեր տրամագիծը՝ Ø11-5.5 մմ, երկարությունը 190 մմ ±3% Ասեղնաբռնիչ. ձախ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ Ասեղնաբռնիչ. աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ Կլիպապլիկատոր. տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 300-330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ LL, չափը՝ միջին մեծ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Թվային տեսախցիկի համակարգը, տեսախցիկի գլխիկը, բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուրը, ինսուֆյատորը և Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպը պետք է լինեն նույն արտադրողից Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը պետք է
--	--	--	--	--	--

					համատեղելի լինեն միմյանց հետ Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA
--	--	--	--	--	--