

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Բի Բրաուն Մոլտունգեն | Բի Բրաուն Մոլտունգեն | DIALOG +EVO | Բի Բրաուն Մոլտունգեն | <p>Հեմոդիալիզի սարք Սարքը նախատեսված է հեմոդիալիզի անցկացման համար (ցածր և բարձր հոսք) Մարտկոցի առկայություն Գունավոր սենսորային Էկրանի առկայություն Սարքը կարողանում է աշխատել մուտքային ջրի (բուժման ընթացքում) 5-ից 30 °C տիրույթում Մեքենան ունի մանրէների գտիչ (Օրինակ՝ պիրոգեն ֆիլտր)՝ մինչև ջրի հոսքը դեպի դիալիզատոր Աուդիո-, տեսա- ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային</p> |

արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզի ջերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան՝ առկայություն և վտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն և վտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն Մոնիտորին բուժման պարամետրերի ցուցադրման հնարավորության առկայություն Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման առկայություն՝ ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի ու դիալիզի դոզայի (KT / V) չափման և մոնիտորինգի համար Սարքի արյան պոմպը համապատասխանում է ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին Արյան հոսքի վերահսկման առկայությունը Արյան արտահոսքի հայտնաբերման առկայություն Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 50-ից մինչև 500 մլ/րոպե տիրույթում Դիալիզատի

ջերմաստիճաններն ընտրվում է 35-ից 39օՑ աստիճան տիրույթում
խտանյութի սպասում ռեժիմի
առկայություն Օդի հայտնաբերման
առկայություն Հեպարինի համար
ներարկիչ դիսպանսերի
առկայություն Հոսքի արագությունը
0.1-ից մինչև 10 մլ / ժամ Հոսքի
արագություն՝ ոչ պակաս քան
300-ից 700 մլ / մթ տիրություն (ոչ
ավել քան 100 մլ/րոպ քայլով) Na և
ՌԻՖ (ուլտրաֆիլտրավորման)
պրոֆիլավորման հնարավորության
առկայություն Ուլտրաֆիլտրացիայի
հսկողության առկայություն՝ ± 50 մլ
կամ ±50 մլ / ժամ x սպառված
բուժման ժամանակ (ժամ) կամ
կուտակված
ուլտրամանուշակագույն ծավալի
2.5%-ը Սարքի ախտահանման և
մաքրման համակարգի
առկայություն ունի ինտեգրված
ջերմային և/կամ քիմիական
ախտահանման հնարավորություն՝
ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար
ախտահանման ծրագրով՝ օր/ գիշեր
շաբաթային գրաֆիկով
Ախտահանման մատյանի
առկայություն ունի դրենաժային

համակարգ մեքենան հնարավոր է
միացնել համակարգչին
Անսարքության ավտոմատ
ախտորոշում ընթացքում սխալներն
առցանց հայտնաբերելու և
ցուցադրելու հնարավորությամբ
(տեխնիկական սպասարկման
ռեժիմում) Սնուցում Սնուցում` 220
Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և
պարագաներ Առաջարկվող սարքերը
Նախատեսված են առնվազն ISO
13485 կամ համարժեք և CE Mark
կամ համարժեք որակավորում
ունեցող համարժեք երկու կամ
ավելի պարագաների (դիալիզատոր
/հիվանդի անհատական ֆիլտր/,
արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային
ասեղներ և ռեակտիվներ)
կիրառման համար: Համակարգի
տեղադրման և ստանդարտացման
համար պահանջվող բոլոր
ծախսանյութերը կտրվեն
Տեղադրման և փորձարկման
աշխատանքներ Աշխատակազմի
ուսուցում տեղում` մասնագետի
կողմից Օգտագործման ձեռնարկ
հայերեն կամ անգլերեն կամ
ռուսերեն Ապրանքը Նոր է,
չօգտագործված Բոլոր սարքերի

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|---|--|
| <p>000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊԻՁԻ-2023/32</p> | | | <p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p> <p>полное описание предлагаемого им товара.</p> | | <p>համար մատակարարվում են արյան ճնշումը չափելու մանժետները (ճարմանդները) Համալիրը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ջրի մաքրման համակարգի միացման համար, էլեկտրական համակարգերի համար անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
| <p>Номер лота</p> | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p> | <p>անհրաժեշտ անջատիչներ (էլեկտրոնային համակարգերի համար անհրաժեշտ ավտոմատներ (ապահովիչներ)) և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
| <p>6</p> | | | | | |
| | | | | | |