

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նատալի ֆարմ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Հերկո	Հերկո	Ro HP 800 DE	Հերկո	Ջրի մաքրման կայան (ՋՄԿ) հեմոդիալիզի սարքավորումների համար Միացված սարքերի քանակը՝ ոչ պակաս քան 10 (միաժամանակ աշխատող սարքեր՝ ընդլայնման հնարավորությամբ) Նվազագույն արտադրողականություն՝ ոչ պակաս քան 750 Լ / ժամ՝ մուտքային ջրի 10օՑ- ի ջերմաստիճանի դեպքում Ռեվերս օսմոսի (ՌՕ) կառավարման միկրոպրոցեսորային համակարգի առկայություն Մաքրված ջրի հաղորդունակությունը համաձայն ISO 13959:2002 կամ համարժեք

Ջերմաստիճանի ցուցադրման
(դիսպլեյ) առկայություն
Հաղորդունակության չափիչի,
ճնշման չափիչի և հոսքի
ինդիկատորի առկայություն
Համակարգը ամբողջությամբ
ավտոմատացված է
Սարքավորումների նվազագույն
լրակազմ Մեխանիկական գտիչ
Մուտքային ջրի պահպանման բակ
Պոմպակայան Նստվածքային
Ֆիլտրման և մետաղների հեռացման
ավտոմատ գտիչ Փափկեցման
ավտոմատ ֆիլտր Դեքլորացման
ածխածնային ավտոմատ ֆիլտր Ջրի
գտման (աղահեռացում) ՌՕ
համակարգ Ջրամատակարարման
ներքին համակարգ՝ օգտագործելով
PEX կամ համարժեք խողովակներ
(ՋՄԿ արտադրողի կողմից գրավոր
հաստատում) Ջրամատակարարման
ներքին համակարգի անցկացում
դեպի 5 հեմոդիալիզի սարքերի
համար նախատեսված կետեր
օգտագործելով PEX կամ համարժեք
խողովակներ Դիալիզի մեքենային
ջրի միացման կետերում
չժանգոտվող պողպատից կամ
չժանգոտվող համարժեք նյութից

(PVC) պատրաստված միացումների առկայությունն Փոստ ՌՕ ջրի քիմիական, աղտոտվածության, էնդոթոքսինների և մանրէաբանական թեստերը համապատասխանում են AAMI կամ ԵՏՄ ստանդարտներին խողովակաշարը նեռարյալ բոլոր միացումները և ջրահեռացման համակարգը պետք է պաշտոնապես (գրավոր) համաձայնեցվեն ՌՕ-ի կամ ՋՄԿ-ի արտադրողի հետ խողովակաշարի ախտահանման հնարավորության առկայություն: Ախտահանում՝ ջերմային կամ քիմիական Սնուցում. Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց կամ 380-400 Վ, 50 Հց (Երեք ֆազ) Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Նշում. ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ: Թեստերը իրականացվում են պատվիրատուի տեխնիկական ներկայացուցչի (COTR) կամ մշտապես աշխատող

				<p>ինժեների (RE) ներկայությամբ: Նշում.Բոլոր փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են համալիրի տեղադրման և շահագործման ընթացքում, կատարվում են մատակարարի սեփական միջոցներից Համալիրը ներառում է լիարժեք գործունեության համար անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքերը և պարագաները (Օրինակ՝ ջրի պոմպ, լրացուցիչ ջրի պոմպ, ջրի բակ, խողովակներ, միացումներ, տարբեր տիպի տվիչներ և այլն) Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ)) ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱԶԱՊՁԲ-2023/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					