

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 22 | FC-102 | FC-102 | FC-102 | SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China | Բժշկական գործիքների սեղան՝ տեսակ Ա Վիրաբուժական գործիքների պատրաստման և ցուցադրման համար նախատեսված սեղան Պատրաստված կլինի ամբողջովին չժանգոտվող պողպատից, վերին մասը պետք է ունենա կլորացված եզրեր և ձայնամեկուսիչ լինի: Չժանգոտվող պողպատից շրջանակ, շարժական, հակաստատիկ անիվների վրա Չափսերը՝ 600/500 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Բարձրությունը՝ 900 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Տեղադրում Նոր է, չօգտագործված |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսիստերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 22 | FC-102 | FC-102 | FC-102 | SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China | Стол для медицинских инструментов (А) Стол, предназначенный для подготовки и демонстрации хирургических инструментов Должен быть полностью изготовлен из нержавеющей стали, верхний лоток должен иметь закругленные края и быть звукоизолированным Каркас из нержавеющей стали, подвижный, на антистатических колесах Dimensions: 600/500mm, deviation not more than 3% Высота: 800 мм, отклонение не более чем 3% Установка Должен быть новый, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | неиспользованный Гарантия не менее чем 12 месяцев |
|--|--|--|--|--|--|