

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	WDM, Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	DRF-4	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	Բժշկական թվային ռադիոգրաֆիայի և ֆյուլրոսկոպիայի սարքավորում Այն ներկայացնում է բոլոր ախտորոշման ընթացակարգերի կատարումը՝ համաձայն մարմնի տարբեր անատոմիական մասերի: Համակարգը ապահովում է լիարժեք հասանելիություն բոլոր հիվանդների համար: Ստամոքս-աղիքային տրակտի տեսագրում, օրթոպեդիկ լուսանկարներ, մանկաբուժական լուսանկարներ, կրծքավանդակի, գինեկոլոգիական լուսանկար (HSG) և բազմաթիվ այլ հետազոտություններ: Դինամիկ

					հարթ պանելային դետեկտոր Նյութը՝ Csl (ցեզիում յոդիդ) Սահմանային թողունակությունը՝ 3.5 lp/mm Արդյունավետ տարածք՝ 43 (V) × 43 (H) սմ, 17" × 17" դույմ Պիքսելների մատրիցա՝ 3072 (H) H 3072 (V) Պիքսելային քայլը՝ 139 մկմ RF դետեկտորի կոնֆիգուրացիա (ռադիո-ֆլյուրո) Իրական ժամանակում նկարների ցուցադրում և ձայնագրում. Շարունակական ֆլուորոսկոպիա, իմպուլսային ֆլուորոսկոպիա, ֆլուորոգրաֆիա, DICOM ծառայություն RF դետեկտորը պատկերների ձեռքբերման համակարգի հետ համատեղ թույլ է տալիս գրանցել ձեռքբերման պարամետրերը, մշակել և պատկերել պատկերները՝ կախված ընտրված անատոմիական մասից և հիվանդի չափից: Պատկերային համակարգը թույլ է տալիս պահպանել պատկերները պահեստային համակարգի արխիվում և ստացված պատկերները ցուցադրել բարձր թողելիությամբ մոնիտորի վրա: Բացի այդ, համակարգը հնարավորություն է տալիս
--	--	--	--	--	--

					նկարները ուղարկել ախտորոշիչ աշխատանքային կայանին (կամ ընդհանուր արխիվին) DICOM- ի միջոցով Ցանցային համակարգի առկայությունն Բարձր հաճախականությամբ բարձր լարման ռենտգեն գեներատոր. Հզորությունը 80ԿՎտ Խողովակի լարումը՝ 40կՎ-150կՎ միջակայքում, քայլը 1 կՎ Խողովակի հոսանքը՝ 10 մԱ-1000 մԱ միջակայքում, քայլի ճշգրտում mAs՝ 0.1 mAs-1000 mAs միջակայքում Պատկերավորման ժամանակը՝ 1.0մվ-10վ միջակայքում Ֆլուորոսկոպիայի լարումը՝ 40 կՎ-125 կՎ միջակայքում, շարունակական կարգավորում Ֆլուորոսկոպիայի հոսանքը՝ 0,5 մԱ-8 մԱ միջակայքում շարունակական ֆլուորոսկոպիա, 5 մԱ-30 մԱ միջակայքում պոլսային ֆլուորոսկոպիա Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակ Ռենտգեն խողովակի ֆոկուսային դաշտի չափը՝ փոքր ֆոկուս / մեծ ֆոկուս՝ 0.6 / 1.2 մմ Մուտքային հզորություն՝ փոքր ֆոկուս՝ 40kW/ մեծ ֆոկուս՝ 102kW Անոդի ջերմատվություն՝ 400kHU Անոդի պտույտի
--	--	--	--	--	---

					արագությունը՝ 9700 պտ/րոպ IEC 60601-1, 60601-1-2, 60601-1-3 ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի համար, առկայություն Միկրոհամակարգչային կառավարմամբ շարժական դիագնոստիկ սեղան Սեղանի շարժման պտույտի միջակայքը -25° մինչ +90° միջակայքում Սեղանի մակերեսի լայնական ուղղությամբ տեղաշարժումը՝ 25 սմ Սեղանի մակերեսի չափսերը՝ 230 x 75 սմ Միաժամանակյա շարժումներ. Հիվանդի սեղանի սյուն և թեքում Քաշի տարողությունը 250 կգ Կանգնակ Ճառագայթիչից սեղան հեռավորությունը կարգավորվող՝ SID 110-180 սմ միջակայքում Թեքման պրոեկցիան $\pm 40^\circ$ Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը 240° Կոլիմատոր Ռենտգենյան ճառագայթի կոլիմատոր՝ լույսի կենտրոնացման սարքով, ավտոմատ անջատմամբ: Կոլիմատորը կարող է լինել ուղղանկյուն դաշտի տիպի կամ ուղղանկյուն - իրիսի դաշտի տիպի Լույսի դաշտի չափը 100 սմ հեռավորությունից 43x43 սմ Աշխատանքային կայան Պրոցեսորը
--	--	--	--	--	---

000 Сидун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << УЛ ЕԱՀԱ 12F-2023/34 >> ниже	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.				հիմնված է 32 բիթ ունեցող բարձր արագությամբ պրոցեսորի վրա, ունի նաև պատկերի պահպանման SSD սկավառակ 1ՏԲ, 8 ԳԲ RAM, DVD/RW, ցանցային քարտ, վիդեոքարտ DICOM Store- Պատկերներն ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին DICOM աշխատանքային ցուցակի կառավարում - RIS կապ DICOM
	Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка наименование производителя	Մեդիա փոխանակում (CD / DVD) - արխիվացում CD / DVD - ROM- ի վրա технические характеристики Dicom արտահանում
1	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	WDM, Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	DRF-4	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd.	Աշխատանքային սարաներ սարքի է բաշկապան թվային հաղորդակցության կազմաձևեր, բազմակի ձևաչափի և ֆյուլրոսպիդիայի սարքավորում պատկերներ DICOM տպիկների վրա սերվայացում է բոլոր համար STITCHING օպցիայի արտոդրման ընթացակարգերի ավելացնելու հնարավորություն կառավարումը համաձայն սահմանի հետագայում գեկագելան տարբեր աստիտիական մասերի: ճարագարիչ-կողովակի Համակարգը անահողում է լիարժեք գեոտարացման և ֆիլամետր սիսակ հասանելիություն բոլոր որվանուների ծրագրային ինքնաստղղում բոլոր համար: Ստանդը-արդյային անատոմիական ծրագրերի տրակտի տեսագրում, ծիթոպեդիկ անկարություն 1 մեգապիքսել 19" լուսանկարներ, սանկարեմական բշկական մոնիտոր, լուսանկարներ, կոծրականդակի, թողունակություն 1280 x1024 գիմեկոդիական լուսանկար (HSG) աիքսել էլեկտրոսկոպում կարումը 3 և բազմաթիվ այլ ֆագ 380 Կ ± 10% հետագիտություններ: Դիսամիկ Հաճախականությունը` 50Հց±1Հց

[illegible]

[illegible]

					հիմնված է 32 բիթ ունեցող բարձր արագությամբ պրոցեսորի վրա, ունի նաև պատկերի պահպանման SSD սկավառակ 1ՏԲ, 8 ԳԲ RAM, DVD/RW, ցանցային քարտ, վիդեոքարտ DICOM Store- Պատկերներն ուղարկում աշխատանքային կայանի և/կամ արխիվացման համակարգին DICOM աշխատանքային ցուցակի կառավարում - RIS կապ DICOM Մեդիա փոխանակում (CD / DVD) - արխիվացում CD / DVD - ROM- ի վրա Dicom արտահանում Աշխատանքային կայանը կարող է կազմաձևել բազմակի ձևաչափի պատկերներ DICOM տպիչների համար STITCHING օպցիայի ավելացնելու հնարավորություն հետագայում Ռենտգենյան ճառագայթիչ-խողովակի գերտաքացման և ֆիլամենտ սխալի ծրագրային ինքնաստուգում Բոլոր անատոմիական ծրագրերի առկայություն 1 մեգապիքսել 19" բժշկական մոնիտոր, թողունակությունը 1280 x1024 պիքսել Էլեկտրոսնուցում Լարումը 3 ֆազ, 380 Վ ± 10% Հաճախականությունը` 50Հց±1Հց
--	--	--	--	--	--

					Էլեկտրական անվտանգությունը համապատասխանում է Էլեկտրական անվտանգության ստանդարտներին IEC-60601 / IS-13450 Կոմպրեսիոն սարք Կոմպրեսիոն սարքի առկայություն Մեկ կոն ավտոմատ ներս/դուրս կայանումով: Կոմպրեսորային ճնշումը՝ 80Ն Աքսեսուարներ Ամբողջ մարմնի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Վահանաձև գեղձի ճառագայթային պաշտպանության հագուստի առկայություն Ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու առկայություն Հաստությունը՝ 8.0 մմ Ռենտգենյան ճառագայթի մաքսիմալ լարման պաշտպանությունը 150 կՎ Առկա չափը՝ 100 x 80 սմ Կապարի համարժեքը՝ 2,0 մմաբ Օդային պղպջակների առկայություն՝ չկա պղպջակ Տեսանելի լույսի փոխանցելիությունը՝ 90% Փաթեթավորումը՝ արտահանման ստանդարտ մասնագիտացված
--	--	--	--	--	--

					փաթեթավորում Ապակին պատին ամրացնելու շրջանակի առկայություն Որակի վկայականներ (ռենտգենյան ճառագայթի անվտանգության ապակու համար) ISO13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք, առկայություն: IEC 61331-2:2014 (Directive 2001/95 / EC) կամ համարժեք, առկայություն: Այլ պայմաններ 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար Մոնտաժային մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար Տեղադրման աշխատանքների կատարում մասնագետի կողմից Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Ապրանքը արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Կարելի սարքը տեղադրել 2700մմ և ավել բարձրություն ունեցող ռենտգենյան սենյակում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք
--	--	--	--	--	---

					անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 ISO 9001:2015 CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--