

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Gerhardt	Gerhardt	TURBOTHERM TTs 625, --- VAPODEST 300,	Gerhardt Analytical Systems	<p>Հողում, կերերում, սերմում, բույսում, պարարտանյութում Կելլալի մեթոդով ազոտի որոշման համակարգ: 1. Տարբալուծման ինֆրակարմիր համակարգ՝ հիմնված ինֆրակարմիր տեխնոլոգիայի վրա, սրվակները տաքացվում են ինֆրակարմիր ճառագայթների միջոցով, որն ապահովում է արագ տաքացում և սառեցում: Սարքը ունի հնարավորություն ժամանակակից լաբորատորիներում օգտագործվող նմուշների լայն տեսականի մշակելու: Համակարգը բաղկացած է հիմնական ագրեգատից,</p>

երկաստիճան կոնսուլից,  
փորձանոթներով շարժական  
դարակից, կաթիլային սկուտեղով  
ելքային կուլեկտորից, ջրի շիթային  
պոմպից և խողովակներից: Շնորհիվ  
տաքացման և հովացման կարճ  
ժամանակահատվածների  
տարրալուծումը ևս տեղի է ունենում  
կարճ ժամանակամիջոցում:  
Օգտագործելով ժամանակակից  
էլեկտրոնային կարգավորումները,  
հնարավոր է ստեղծել՝ առնվազն 9  
տարբեր ծրագրեր: Ծրագրերից  
յուրաքանչյուրը հնարավորություն  
ունի սահմանել տաքացման  
առնվազն 9 տարբեր մակարդակներ  
և ժամանակահատվածներ:  
Տվյալների արտահանում LIMS  
միկրոպրոցեսորով կառավարվող ,  
կարող է պահպանել առնվազն 99  
ծրագիր: Տաքացման տեղերը՝  
առնվազն 6 հատ, փորձանոթի  
չափսերը՝ 250-300մլ, հզորությունը՝  
առնվազն 2000 վատտ, լարումը՝  
220-240 Վ, հաճախականությունը՝  
50-60Հց հզորությամբ:  
Համապատասխան  
սերտիֆիկատների առկայություն՝  
ISO 9001, ISO 17025 և GLP:

Համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, APHA Ph. Eur. 2.5.33 և այլն: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: 2. Գոլորշիով թորման սարք ըստ Կելդալի մեթոդի-նախատեսված է ազոտի որոշման համար, սակայն համապատասխան նմուշապատրաստումից հետո տալիս է նաև այլև ցնդող թթուների, ծծմբի երկօքսիդը, ամոնիումի, ֆորմալդեհիդի, ֆենոլի, սպիրտների, վիցինալ դիկետոնների, ջրածնի ցիանիդի որոշման հնարավորություն: Համակարգն ունի գոլորշու ավտոմատ գեներատոր: Տվյալների արտահանում LIMS: Տարբեր չափերի փորձանոթների օգտագործման հնարավորության ապահովում՝ Կելդալի կոլբաների փոխարեն: Փոփոխական գոլորշու հզորությունը՝ 10-100%, սենսորային էկրան՝ առնվազն 7 դույմ 480\*800 պիքսել, սպասարկման ռեժիմի առկայությամբ, թորման ժամանակը առավելագույնը 3,5 րոպե/նմուշ, վերականգնում առնվազն՝ 99,5%.

				<p>վերարտադրելիությունը՝ <math>\pm 1\%</math>, սառեցվող ջրի ճնշումը 1-6 բար: Հայտնաբերման սահմանը 0,1մգ, հզորությունը՝ առնվազն 2000Վտ, լարումը՝ 220-240Վ, հաճախականությունը 50-60Հց: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: Համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ DIN EN ISO, AOAC, EPA, ASTM, ԵՄ հրահամգ, APHA, Ph. Eur. 2.5.33: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO 9001, ISO 17025 և GLP: Համակարգի տեղադրում և աշխատանքային գրոյական վիճակի ապահովում:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО “Энерджи Групп” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-ЕА0000000000-23/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					