ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաունթ ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	SAS Vitresi gel electrophoresis system	HELENA	HELENA SAS Vitresi	Helena Biosciences Europe	1. Կոմպակտ կիսաավտոմատ էլեկտրաֆորեզի համակարգը, որը կառավարում է էլեկտրաֆորեզի և ներկման ծրագրերը միաժամանակ, ունի կառավարվող սենսորային էկրան։ 2. Համակարգը հնարավորություն կտա իրականացնել տարաբնույթ թեստեր, ինչպիսիք են շիճուկի սպիտակուցների, մեզի սպիտակուցի, իմունոֆերմենտային, հիմնային հեմոգլոբինի (Alkaline-Hb), թթվային հեմոգլոբինի (Acid Hb), լիպոպրոտեինի, հիմնային ֆոսֆատազի որոշումը,

					պենտավալենտ սկրինինգը, IgG IEF-ը և այլն: 3. Համակարգը ներառում է առնվազն Windows 10 ծրագրային ապահովմամբ համակարգիչ, առնվազն 19 դյույմ մոնիտորով և արտաքին Epson V850 սկաներ՝ հելերի սկանավորման համար կամ համարժեք սկաներ, իր տեղադրման ուղեցույցով: 4. Անալիզատորը հնարավորություն է տալիս նույն գելի վրա միաժամանակ իրականացնել շիճուկի և կոնցենտրացված մեզի/ CSF -ի անալիզ: Կատարել բազմակի ֆիքսում նույն գելի վրա: 5. Համակարգը ունի լարման (50-1300 Վ), հոսանքի ուժի (0-125 մԱ), հաստատուն հզորության ավտոմատ կարգավորում՝ հելից հել կայուն արդյունք ապահովելու համար: 6. Համակարգը ունի ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորում չորացման (50- 70°C)/սառեցման համար: 7. Համակարգը մի քանի ներկառուցված միգրացիոն ծրագրերի իրականացման հնարավորություն ունի (մինչև 50): 8. Համակարգը ունի իրական ժամանակում կարգավիճակը ցույց

					տալու համար նախատեսված էկրան՝ ավտոմատ ազդանշանային համակարգով (alarm): 9. Համակարգը ունի մեկանգամյա օգտագործման միկրոծակոտկեն ապլիկատոր՝ նմուշների ներբեռնման արդյունավետության բարձրացման համար: 10. Համակարգը ունի գերազանց ռեզոլուցիա (պատկերաչափ, կետայնություն, թողունակություն) և էլեկտրաֆորեզի գծիկների հստակություն՝ արդյունքների հեշտ մեկնաբանման համար: 11. Համակարգը հնարավորություն ունի ավտոմատ մշակել էլեկտրաֆորեզի յուրաքանչյուր փուլը՝ սկսած նմուշը լցնելուց, միգրացիայից, ինկուբացիայից, ներկումից, գունաթափումից մինչև չորացում: 12. Համակարգը հնարավորություն ունի միաժամանակ գործարկել մեծ հելեր, ինչպես օրինակ, սպիտակուցի մինչև 60 նմուշներ և IFE մինչև 9 նմուշներ: 13. Համակարգը ունի ջրային հիմքով ռեագենտներ, որոնք կհեշտացնեն անալիզատորի մաքրումը և օգտագործումը: 14. Համակարգի

						ծրագրային ապահովումը ունի LIS հնարավորություն և բավարար հիշողություն՝ USB միջոցով արդյունքները պահելու և մեթոդները թարմացնելու համար՝ նմուշների դրական ID-ի համար շտրիխ կոդով սկաների միացմամբ: 15. Համակարգում պետք է օգտագործվեն ածխածնային էլեկտրոդներ՝ էլեկտրոդների բազմակի դիրքերով՝ արդյունավետ էլեկտրաֆորեզի իրականացման և հստակ տարանջատված նիշեր ստանալու համար: 16. Համակարգը ունի առնվազն 6 շիշ ռեագենտների համար և 1 շիշ՝ թափոնների համար: Թափոնների շիշը ունի լցման մակարդակի սենսոր, որը ցույց կտա, թե երբ է այն լցված: 17. Էլեկտրաֆորեզի ընթացքում համակարգը ունի cover locked safety հնարավորություն: 18. Համակարգում օգտագործվում է նվազեցված օդային հոսքով տեխնոլոգիա՝ արդյունքների ճշգրտության և հաստատունության համար: 19. Համակարգը ունի ներկանյութի օգտագործման հաշվիչ, և հեղուկի ծախսը գելի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Маунт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	SAS Vitresi gel electrophoresis system	HELENA	HELENA SAS Vitresi	Helena Biosciences Europe	համար փոքր կամ հավասար է 270 մլ-ին: 20. Համակարգը ունի գելերի սկանավորման համար առանձին սկաներ և նորագույն ծրագրային ապահովում (software) շիճուկային և այլ սպիտակուցների մեկնաբանման և քանակական որոշման համար: 21. Ծրագրային ապահովումը հիմնված է windows օպերացիոն համակարգի վրա, մեկ էկրանով տեղորոշմամբ: 22. Ծրագրային ապահովումը ունի նորմալ/ոչ նորմալ նմուշների ավտոմատ որոշմամբողում: 23. Ծրագրային ապահովումը ունի ամբողջական գունավոր սկանավորում՝ տարբեր նիշերի համար տարբեր գունային կողերով և նիշի անվանումով: 24. Համակարգը ունի լիարժեք վարգավորելի հաշվետվություններ տրամադրելու հնարավորություն, ընդգրկում է վերլուծության ցանկացած տվյալ, ներառյալ ստորոտները, պատկերները, կողերը, մեկնաբանությունները, ստորագրությունները և տարբերանշանները: 25. Գելը, նմուշը, կողը և այլ տվյալները հիվանդի պատմության

					Двухканальный монитор пульса с функцией контроля артериального давления и аналогичный датчик пульса, предназначенный для использования вместе с системой для работы одновременно с пульсоксиметром и неинвазивным измерителем артериального давления. Система должна автоматически регистрировать, по крайней мере, следующие параметры: частоту пульса (50–240 ударов в минуту) с точностью ±2 уд/мин; частоту дыхания (0–125 мин⁻¹) с точностью ±1 мин⁻¹; артериальное давление (10–300 мм рт. ст.) с точностью ±3 мм рт. ст. Система должна иметь встроенную память на 200 часов непрерывной записи с возможностью просмотра трендов за последние 24 часа. Система должна иметь возможность подключения к внешнему компьютеру по интерфейсу USB 2.0 или беспроводному каналу Bluetooth 4.0 для передачи данных в реальном времени. Система должна иметь возможность работать от аккумулятора не менее 8 часов непрерывной работы. Система должна иметь звуковую и световую сигнализацию при выходе показателей за заданные пределы. Система должна иметь возможность подключения к внешнему монитору для отображения трендов в реальном времени

					стандартами. 9. Система должна иметь специализированный микропористый материал для улучшения эффективности разрушения образца. 10. Система должна иметь автоматическое определение целостность полости электрода. 5. Система должна иметь гибкой интерпретации результатов. 11. Система должна иметь Аддитивную (Supplementary Additive), возможность автоматизированной обработки данных для электрофореза белков, нуклеиновых кислот, окрашивания, обесцвечивания и сушки. 12. Система должна иметь возможность обработки RFB FRFB гелях, как минимум 60 образцов белка и до 9 образцов ДНК. 13. В системе должны быть реактивы на водной основе. 6. Для обеспечения Кеотнт-кипиисполь зования ре ктивов 14. Система должна использовать только чистые/обесцвеченные дольки пластины возможность Sujo хорошо помнить для хранения результатов и обновления методов. 8. Наличие SB с подсветкой Кеттиом-сканера с шкалой для определения хорошего

					ID пациента 15. Внутренние детали должны [illegible] 4. [illegible] 9. [illegible] 8. [illegible] 17. [illegible] 10. [illegible] 18. [illegible] 2. [illegible] 11. [illegible] SP-24 [illegible] 19. [illegible] 1. [illegible]
					жидкости на гель должен быть меньше или равен 270 мл. 20. Система должна иметь отдельный сканер для сканирования гелей и новейшее программное обеспечение для интерпретации и количественного определения сывороточных белков. 21.

					Программное обеспечение должно быть основано на операционной системе Windows и иметь одноэкранную компоновку. 22. Программное обеспечение должно иметь автоматическую пометку нормальных/аномальных образцов. 23. Программное обеспечение должно иметь полноцветное сканирование с разными цветовыми кодами для разных полосок и с названием полоски. 24. Полностью настраиваемые отчеты. Включите любые данные анализа, включая результаты, изображения, кривые, демографические данные, комментарии, подписи и логотипы. 25. Гель, образец, кривая, демографические данные, статус истории пациента, прикрепленные IFE и анализ следов — все это должно отображаться в одном окне. 26. Программное обеспечение должно иметь белок сыворотки и иммунофиксацию с наложением архивных образцов и мгновенной проверкой комментариев к архивным результатам. 27. Программное обеспечение должно

					включать историю образцов. 28. Обучение работе с анализатором по адресу клиента. 29. Дополнительные представленные материалы и аксессуары должны поставляться вместе с анализатором. В дополнение Расходные материалы 1. Стартовый набор для маленьких гелей, содержащий по крайней мере 24-луночный штатив для геля, небольшой гель-носитель, матрицу для иммунофиксации 2. Одноразовые стаканчики для проб - не менее 300 шт. 3. Аппликаторы - не менее 150 шт. 4. Набор реагентов для дополнительной окраски для разделения и количественного определения иммуноглобулинов сыворотки крови методом электрофореза в агарозном геле - не менее 2 комплектов. 5. Реактивы для промывки (Supplementary Wash Additive), которые используют при разделении и количественном определении иммуноглобулинов сыворотки крови при электрофорезе в агарозном геле -

					не менее 2 комплектов. 6. Не менее 2 комплектов реагентов REP PREP или эквивалентных комплектов теплоотводящих жидкостей. 7. Контрольная сыворотка Kemtrol - стандартный или эквивалентный реагент, предназначенный для количественного и/или качественного контроля белков сыворотки при электрофорезе сыворотки на ацетате целлюлозы и агарозе. 8. Контрольная сыворотка Kemtrol -патология или аналогичный реагент, предназначенный для количественного и/или качественного контроля белков сыворотки при электрофорезе сыворотки на ацетате целлюлозы и агарозе. 9. Набор SAS-1IFE-4 не менее чем на 80 тестов или эквивалентный набор реагентов для электрофореза в агарозном геле для разделения и количественного определения сывороточных иммуноглобулинов. 10. Не менее 2 контрольных наборов для иммунотипирования или эквивалентных реагентов. 11.

					Набор реагентов SAS-1 SP-24 Kit на 720 тестов или аналогичный набор. Гарантийный срок: 1 года.