

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձեներալ Մորիս-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ագրեգատներով	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ագրեգատներով	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ագրեգատներով	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ագրեգատներով	Ցածր աղմուկի ֆոտոբազմապատկիչ խողովակ երկակի ռեժիմում, սպեկտրային տիրույթ 280 - 650 նմ (մինչև 850 նմ ընդլայնված տիրույթի PMT-ով): Ֆոտո դիոդ, սպեկտրային տիրույթ 200 - 1000 նմ: Քսենոնային լամպ 200 - 1000 նմ տիրույթի: 2 կրկնակի մոնոքրոմատորներ: Փոփոխական թողունակություն 4 - 22 նմ: Թափառող լույսի մերժում 10-6. Բարձրորակ միջամտության գտիչներ: Ճշտությունը. յումինեսցենստություն՝ <6 ամոլ/ակոս ATP (96 ակոսավոր),

Ֆյուրոսցենտություն՝ <7 ամոլ/ակոս, կլանում՝ 2%-ից ավելի լավ: Թափահարման 3 ռեժիմ, փոփոխական ամպլիտուդ և արագություն: Ջերմաստիճանային վերահսկումը առնվազն սենյակային +5 °C մինչև 45 °C: Մինչև 3 ներարկիչ, JET ներարկման տեխնոլոգիա, փոփոխական ծավալներ՝ 10 - 100 մկլ Արագություն 200 - 440 մկլ/վրկ Ճշգրտություն նվազագույնը 2 % (ծավալի ամբողջ տիրույթում): Սարքի հետ պետք է մատակարարվի նաև ստուգաչափման համար նախատեսված հավաքածուն՝ նախընտրելի է պատրաստի իմունաբանական թասիկների տեսքով (կլանման և լյումինեսցենցման ստուգաչափման համար): Իմունաբանական թասիկ լվացող սարք իր լրակազմով, լվացման և լցման ծրագրավորման հնարավորությամբ: Հեղուկի մակարդակի վերաբերյալ ազդանշանով: Համապատասխան ծրագրային ապահովումը, ինչպես նաև սպասարկող համակարգիչը անհրաժեշտ լրակազմով պետք է

				<p>Ներառված լինի: Համակարգչի նվազագույն պարամետրերը՝ 16 GB OՀ 120 GB SSD M2, 500 GB HDD, CPU Intel i5 12th gen. կամ համարժեք: Բոլոր սարքերը պետք է աշխատեն 220Վ հոսանքի աղբյուրից: Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ազրեգատներով	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ազրեգատներով	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ազրեգատներով	Բազմաֆունկցիոն ալ կարդացող սարք անհրաժեշտ ազրեգատներով	Малозумящий фотоумножитель в двойном режиме, спектральный диапазон 280 - 650 нм (до 850 нм с расширенным диапазоном ФЭУ). Фотодиод, спектральный диапазон 200 - 1000 нм. Ксеноновая лампа в диапазоне 200 - 1000 нм. 2 двойных монохроматора. Переменная ширина полосы 4 - 22 нм. Подавление рассеянного света 10-6. Высококачественные интерференционные фильтры. Точность. люминесценция: <6 моль/канавка АТФ (96 канавок), флуоресценция: <7 моль/канавка,

поглощение: лучше 2%. 3 режима встряхивания, переменная амплитуда и скорость. Температурный контроль не менее комнатной +5°C до 45°C. До 3 шприцев, технология впрыска JET, переменные объемы: 10 – 100 мкл Скорость 200 – 440 мкл/с Точность не менее 2 % (во всем диапазоне объемов). Калибровочный набор, предпочтительно в виде готовых иммуноанализов (для калибровки поглощения и флуоресценции), также должен поставляться с прибором. Иммунологическая машина для мойки мисок со своим комплектом, возможностью программирования мойки и наполнения. С сигналом уровня жидкости. Должно быть включено соответствующее программное обеспечение, а также главный компьютер с необходимым оборудованием. Минимальные параметры компьютера: 16 ГБ ОС, 120 ГБ SSD M2, 500 ГБ HDD, процессор Intel i5 12-го поколения или эквивалент. Все устройства должны работать от источника

					питания 220В. Гарантийный срок: 2 года
--	--	--	--	--	---