

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	STAT FAX 4200	4200	Awareness Technology, Inc.	<p>Կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային վերլուծիչ՝ պլանշետային տիպի: Էկրանը՝ գունավոր, հեղուկ բյուրեղյա, սենսորային Էկրան, առնվազն 3.5 դյույմ: Գծայնության սահմանը՝ 0.2 - 4.0 արտորբցիոն միավոր (A): Չափման ճշգրտությունը՝ <math>\pm (1\%A+0.01A \text{ 0.0-1.5A միջակայքում}) \pm (2\%A+0.01A \text{ 1.5-3.0A միջակայքում})</math>: Չրոյական դրեյֆի կայունությունը՝ 0,005A 8 ժամում: Լույսի աղբյուրը՝ վոլֆրամի քսենոնային լամպ, պահպանման ֆունկցիայով: Ալիքի երկարություն, ֆիլտրեր, հատուկ ֆիլտրերի համակարգ (պարտադիր պայման է)՝ ֆենիլկետոնուրիան որոշելու համար՝ 405, 450, 570, 690 նմ: Օգտագործվող ռեագենտներ՝ բաց համակարգ է (ցանկացած արտադրողի ռեագենտներով աշխատելու հնարավորություն): Պլանշետը՝ ստանդարտ 96 տեղանոց պլանշետ: Չափման արագությունը՝ 10 վ (1</p>

				<p>հատ 96 տեղանոց պլանշետ): Պլանշետների շարժման մեխանիզմը՝ քայլային շարժիչ: Հետազոտության ռեժիմները՝ Absorbance ռեժիմ: Չափում 8 ալիքային ֆոտոմետրիկ մոդուլ: Միկրոպրոցեսորի առկայություն: Ինտերֆեյսը՝ USB 2.0, USB լար մկնիկին միանալու համար: Տվյալների արտահանում՝ ներկառուցված ջերմային տպիչի միջոցով: Հիշողությունը՝ 100 թեստ: Լոր Է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 80 օրացույցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊՁԲ-2023/16-20-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	STAT FAX 4200	4200	Awareness Technology, Inc.	Կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային վերլուծիչ՝ պլանշետային տիպի: Էկրանը՝ գունավոր, հեղուկ բյուրեղյա, սենսորային էկրան, առնվազն 3.5 դյույմ: Գծայնության սահմանը՝ 0.2 - 4.0 արտորբցիոն միավոր (A): Չափման ճշգրտությունը՝ $\pm (1\%A+0.01A \cdot 0.0-1.5A$ միջակայքում) $\pm (2\%A+0.01A \cdot 1.5-3.0A$ միջակայքում): Չրոյական դրեյֆի կայունությունը՝ 0,005A 8 ժամում: Լույսի աղբյուրը՝ վոլֆրամի քսենոնային լամպ, պահպանման ֆունկցիայով: Ալիքի երկարություն, ֆիլտրեր, հատուկ ֆիլտրերի համակարգ (պարտադիր պայման է)՝ ֆենիլկետոնուրիան որոշելու համար՝ 405, 450, 570, 690 նմ: Օգտագործվող ռեագենտներ՝ բաց համակարգ է (ցանկացած արտադրողի ռեագենտներով աշխատելու հնարավորություն): Պլանշետը՝ ստանդարտ 96 տեղանոց պլանշետ: Չափման արագությունը՝ 10 վ (1

			<p>հատ 96 տեղանոց պլանշետ): Պլանշետների շարժման մեխանիզմը՝ քայլային շարժիչ: Հետազոտության ռեժիմները՝ Absorbance ռեժիմ: Չափում 8 ալիքային ֆոտոմետրիկ մոդուլ: Միկրոպրոցեսորի առկայություն: Ինտերֆեյսը՝ USB 2.0, USB լար մկնիկին միանալու համար: Տվյալների արտահանում՝ ներկառուցված ջերմային տպիչի միջոցով: Հիշողությունը՝ 100 թեստ: Լոր Է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 80 օրացույցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--