

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	iFuge D06	iFuge D06	Neuation	<p>Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, միկրոհամակարգչային ղեկավարումով: Դիսպլեյ՝ տարաթվային, որը ցույց է տալիս ներկայիս ժամանակը, արագությունը, RCF պարամետրերը և սխալի կոդը: Ռոտոր՝ ֆիքսված, անկյունը՝ ոչ ավել քան 45°, անհավասարակշռության դետեկտորի առկայությամբ: Խցիկ՝ չժանգոտող մետաղից: Կափարիչ՝ կափարիչն ունի անցք, արագությունը ստուգաչափելու համար: Կափարիչի ավտոմատ բլոկավորում մինչև ռոտորի լրիվ կանգը: Կափարիչի մեխանիկական ապաբլոկավորում, Էլ. սնուցման խափանման ժամանակ: Արագության տիրույթը՝ 500-6500 պտ/ր, կարգավորվող: Արագության ճշտությունը՝ ± 100 պտ: Ռոտորի արագ կանգի հնարավորություն: Ժամանակի ցուցիչի տիրույթ՝ 0-30 րոպե կարգավորվող, “անսահման” ռեժիմով: Ռոտորի</p>

				<p>տարողականությունը՝ 8 սրվակ: Սրվակի տարողականությունը՝ 5-15մլ: Փորձանոթի ադապտեր՝ փորձանոթի ադապտերների առկայություն:</p> <p>Մատակարարելիս կլինի ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: **Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից հաշված 80 օրացույցային օրվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2023/16-20-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14				