

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-23/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>2 33191220/501 վիրաբուժական սեղաններ Վիրաբուժական սեղաններ՝ գործիքային սեղան՝ ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25x25x2.0)մմ՝ զոդման եղանակով, անկյունների միացումը կատարվում է 450 հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը առնվազն՝ 710x515x870 մմ(ԵxԼxԲ): Սեղանը ունի երկաթյա մեկ շարահարթակ՝ գետնից 500մմ բարձրության վրա: Սեղանաձածկը և շարահարթակը երեսպատված են 1.1-1.5մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից, սեղանաձածկի երեք կողմերը պետք է ծավված լինեն դեպի ներքև 30մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70մմ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված և ողորկ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ, անձայն և ամուր անվակներ, որոնցից երկուսը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթագույն ջրակայուն որակյալ ներկով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Մատակարարումը ըստ ուսումնական հաստատությունների /պատվիրատուի կողմից տրամադրված բաշխման ցանկին համապատասխան/ պետք է իրականացնի Մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Մատակարարման օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները</p>

շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժիններում նշված ապրանքների
չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᠘᠘᠘᠙ᠮᠮᠤᠯᠤᠳᠠᠨᠠᠭᠤᠨ-23/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>2 33191220/501 хирургические столики хирургические столы - инструментальный стол в соответствии с требованиями постановления Правительства РА N1239-Н от 20 сентября 2012 года, приказа Министерства здравоохранения РА N867. Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из металлических четырехугольных труб (25x25x2,0) мм методом сварки, углы соединены секциями 450, наружные размеры каркаса не менее 710x515x870 мм (ДxШxВ). Стол имеет одну железную платформу на высоте 500 мм над землей. Скатерть и платформа облицованы нержавеющей сталью 18/10 AISI 304 толщиной 1,1-1,5 мм, три стороны скатерти должны быть загнуты на 30 мм вниз, а задняя сторона с закругленным краем вверх на 70 мм. Паяльники должны быть механически обработанными и гладкими. К каркасу стола при помощи сварки крепятся металлические ножки, края которых необходимо закрыть пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. К ножкам стола крепятся качественные, бесшумные и прочные колеса с опорной площадкой, две из которых должны иметь тормозную систему. Скелет и ноги должны быть полностью покрыты порошковой краской качественной водостойкой серебристой краской. Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка учебным заведениям (согласно предоставленному заказчиком списку рассылки) осуществляется Поставщиком за свой счет. Для Лотов установить гарантийный срок 365 дней, считая со дня доставки, дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота $\pm 5\%$.</p>

