

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք; Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք).: VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont; Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին ; Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ; Երկու ներկառուցված սենսորային էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ ոչ պակաս քան

12"; Ոչ պակաս քան 800 x 600  
պիքսել; Առանձին նեոկառուցված  
թթվածնային հոսքաչափ ոչ պակաս  
քան 15 լ/ր մատակարարման  
հնարավորությամբ; Արտացոլում  
մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան).;  
Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ,  
գազի կոնցենտրացիա,  
օգտագործողի կարգավորմամբ;  
Պարամետրերը (ոչ պակաս քան).;  
Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ  
տիրույթում; Ներշնչման հոսքը` ոչ  
պակաս քան 120 լ/ր; Շնչառության  
հաճախությունը` ոչ պակաս քան  
4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում; I:E  
ratio 4:1 - 1:10; Ճնշման  
հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ  
H2O; Ճնշման աջակցություն (PEEP +  
5) - 50 սմ H2O; PEEP` ոչ պակաս քան  
3 - 20 սմ H2O միջակայքում;  
Մարտկոցի առկայություն;  
Անզգայացման սարքի աշխատանքը  
մարտկոցով ոչ պակաս քան 120  
րոպե; Ազդանշաններ (ոչ պակաս  
քան); O2 գազի մատակարարման  
ճնշում, օդ,  
Էլեկտրամատակարարում,  
համակարգի անսարքություն,  
փորձարկման ձախողում, ճնշումներ

` pmax, pmin, PEEP max,  
հաճախականություն, ծավալներ`  
MVmax, MVmin, Vtmin; Այլ  
պահանջներ; Ոչ պակաս քան երկու  
գոլորշիացնող սարքերի համար  
գոլորշիացնող ամրակների  
առկայություն; O2 չափման  
համակարգի առկայություն;  
Իզոյուրանի և սեփոֆյուրանի  
գոլորշիացուցիչների առկայություն ;  
Հոսալի CO2 կլանիչ; Սնուցում` 220  
Վ, 50/60 Հg; Հիմնական լրակազմ;  
Անիվներով հենքի վրա  
օդափոխության սարք, հիվանդի  
կոնտուրի բռնակ, գազի  
աղբյուրներին միացնելու  
խողովակների համալիր; Հոսքի  
տվիչ, բազմակիրառելի; Ջրային  
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,  
բազմակի օգտագործման 2 հատ  
(Մեծահասակների, երեխաների) ;  
Լրակազմ և պարագաներ;  
Տեղադրում և մեկնարկ ;  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ;  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված; Լրակազմը  
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր

				<p>լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն); Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					