

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդէքսպերտ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Steam Sterilizer	SHINVA	XG1.UCD-300D-E	Shinva Medical Instrument Co., Ltd.	Ավտոկլավ հորզոնական գուլորշիով 300 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր

մակարդակի պաշտպանություն
Ամբողջ սարքը պատրաստված է
չժանգոտվող պողպատից
Մաքսիմում աշխատանքային
ճնշումը 0,23ՄՊա կամ 2,3 բար
Նախատեսված կլիսի
վիրաբուժական գործիքների և
պարագաների, ապակյա
տարաների, բժշկական և
փորձարարական շորերի, բժշկական
ծեռնոցների ստերիլիզացման
համար Նախատեսված կլիսի ամեն
Նյութի համար ախտահանվող
ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ,
այնպես էլ կունենա ռեժիմները
օպերատորի կողմից ծրագրավորելու
հնարավորություն Մաքսիմում
աշխատանքային ջերմաստիճանը
138°C Ջերմաստիճանի
կարգավորումը 115°C-138°C
միջակայքում Ախտահանման
ժամանակը 0-99րոպե Չորացման
ժամանակը 0-99րոպե Տաքության
շեղումը $\leq \pm 2^\circ\text{C}$ Կունենա LCD
դիսփլեյ աշխատանքային
պարամետրերի ցուցադրման
համար Սնուցումը 380Վ, 50/60Հց, 14
կՎտ Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ

				<p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 և CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медэксперт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					