

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ)	Թոքերի արհեստական շնչառության սարք (ԹԱՇ); Ինվազիվ և ոչ ինվազիվ վենտիլացիա մեծահասակ, մանուկ և նորածին (ներառյալ վաղաժամ ծնված) հիվանդների համար ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում; Գունավոր գրաֆիկական ցուցադրման մոնիտոր. ոչ պակաս քան 12 դյույմ գունավոր սենսորային մոնիտոր; Ընտրված պարամետրերի տրենդների տվյալները պետք է հասանելի լինեն ոչ պակաս քան 72 ժամվա ընթացքում; Պետք է ունենա էներգիայի ճշգրիտ կառավարում

մարտկոցի պահուստավորմամբ;
 Պետք է ունենա ներկառուցված
 մարտկոց, որը կապահովի ԹԱՇ-ի ոչ
 պակաս քան 2,5 ժամ ամբողջական
 աշխատանք;: Շնչառական
 ռեժիմները. (ոչ պակաս քան կամ
 համարժեք); Մեծահասակներ և
 մանկաբուժություն (ոչ պակաս քան
 ներկայացված ռեժիմները); VCV -
 Ծավալով կառավարվող
 (Assisted/Controlled) վենտիլացիա;
 PCV - Ճնշումով կառավարվող
 (Assisted/Controlled) վենտիլացիա;
 PSV - Ճնշման աջակցությամբ
 վենտիլացիա; CPAP -
 Շարունակական դրական ճնշում
 շնչուղիներում; SIMV (VCV) -
 սինխրոնիզացված փոխարինող
 օդափոխություն, որը վերահսկվում է
 ըստ ծավալի; SIMV (PCV) -
 Սինխրոնացված ընդհատվող
 պարտադիր օդափոխություն, որը
 վերահսկվում է ըստ ճնշման; PRVC
 (Ճնշման կարգավորվող ծավալի
 վերահսկում); BPAP - Երկմակարդակ
 դրական օդուղիների ճնշում; APRV
 (Օդուղիների ճնշման արձակման
 օդափոխություն); NIV - Ոչ ինվազիվ
 վենտիլացիա; Լորաձիններ (ոչ

պակաս քան ներկայացված
 ռեժիմները); VCV - Ծավալով
 կառավարվող (Assisted/Controlled)
 վենտիլացիա; PCV - Ճնշումով
 կառավարվող (Assisted/Controlled)
 վենտիլացիա; PSV - Ճնշման
 աջակցությամբ վենտիլացիա; CPAP -
 Շարունակական դրական ճնշում
 շնչուղիներում; SIMV (VCV) -
 Սինխրոնացված ընդհատվող
 պարտադիր օդափոխություն, որը
 վերահսկվում է ըստ ծավալի; SIMV
 (PCV) - Սինխրոնացված ընդհատվող
 պարտադիր օդափոխություն, որը
 վերահսկվում է ըստ ճնշման; PRVC
 (Ճնշման կարգավորվող ծավալի
 վերահսկում); BPAP - Երկմակարդակ
 դրական օդուղիների ճնշում; APRV
 (Օդուղիների ճնշման արձակման
 օդափոխություն); NIV - Ոչ ինվազիվ
 վենտիլացիա; CPAP շարունակական
 հոսքով (Ոչ ինվազիվ վենտիլացիայի
 դեպքում արտահոսքի
 կոմպենսացիայով); Շնչառական
 ծավալը՝ ոչ պակաս քան 2 - 1500 մլ
 տիրույթում; Ծրագրավորվող
 թոպեական ծավալը ոչ պակաս քան
 1-100 լիտր/րոպե տիրույթում;
 Ներշնչման ժամանակը՝ ոչ պակաս

քան 0.2 - 5 վրկ տիրույթում; I:E
 հարաբերակցությունը ոչ պակաս
 քան 4:1 - 1:10 տիրույթում;
 Շնչառական հաճախությունը.;
 Մեծահասակ. ոչ պակաս քան 2-80
 շնչ/րոպե միջակայքում; Մանկական
 / նորածնային. ոչ պակաս քան 2-120
 շնչ/րոպե միջակայքում; FiO2:
 21-100%.; Ներշնչման զգայնություն.;
 Հոսքը` ոչ պակաս քան 0,5 - 15 լ /
 րոպե միջակայքում; Ճնշումը` ոչ
 պակաս քան -20 ից 0 սմ H2O PEEP-
 ից վեր.; PEEP/CPAP: ոչ պակաս քան
 0 - 30 cmH2O միջակայքում;
 Controlled Pressure (PCV): ոչ պակաս
 քան 2 - 50 cmH2O. միջակայքում;
 Pressure Support (PSV): ոչ պակաս
 քան 0 - 70 cmH2O միջակայքում;
 Inspiratory Pause (կարգաբերվող
 VCV ռեժիմում): ոչ պակաս քան 0 - 2
 վարկյան միջակայքում; Inspiratory
 pressure: ոչ պակաս քան 5 - 70
 cmH2O միջակայքում; Առավելագույն
 ճնշման սահմանափակում
 (անվտանգության սահմաններ). ոչ
 պակաս քան 0 - 60 cmH2O
 միջակայքում; Ահազանգեր;
 Լուսային և ձայնային
 ազդանշաններ` ըստ

[illegible]

					քան 0.2 - 5 վրկ տիրույթում; I:E հարաբերակցությունը ոչ պակաս քան 4:1 - 1:10 տիրույթում; Շնչառական հաճախությունը.; Մեծահասակ. ոչ պակաս քան 2-80 շնչ/րոպե միջակայքում; Մանկական / նորածնային. ոչ պակաս քան 2-120 շնչ/րոպե միջակայքում; FiO2: 21-100%.; Ներշնչման զգայնություն.; Հոսքը՝ ոչ պակաս քան 0,5 - 15 լ / րոպե միջակայքում; Ճնշումը՝ ոչ պակաս քան -20 ից 0 սմ H2O PEEP-ից վեր.; PEEP/CPAP: ոչ պակաս քան 0 - 30 cmH2O միջակայքում; Controlled Pressure (PCV): ոչ պակաս քան 2 - 50 cmH2O. միջակայքում; Pressure Support (PSV): ոչ պակաս քան 0 - 70 cmH2O միջակայքում; Inspiratory Pause (կարգաբերվող VCV ռեժիմում): ոչ պակաս քան 0 - 2 վարկյան միջակայքում; Inspiratory pressure: ոչ պակաս քան 5 - 70 cmH2O միջակայքում; Առավելագույն ճնշման սահմանափակում (անվտանգության սահմաններ). ոչ պակաս քան 0 - 60 cmH2O միջակայքում; Ահազանգեր; Լուսային և ձայնային ազդանշաններ՝ ըստ
--	--	--	--	--	--

					առաջնահերթության և էկրանի հաղորդագրությունների; Համակարգը թույլ է տալիս անջատել սհազանգերը; Բարձր և ցածր ներշնչման ճնշում ; O2-ի և օդի կամ դրանցից մեկի ցածր ճնշումը; Հիմնական էներգիայի կորուստ; Մարտկոցի ցածր լիցք; Բարձր շարունակական ճնշում; Անջատում հիվանդից; Թթվածինը բավարար չէ; Բոպեական ծավալը; Բարձր և ցածր ընդհանուր ծավալը; Բարձր և ցածր տոկոս O2; Շնչառության կանգ; Արտահոսք ; Շնչառության բարձր հաճախություն; PEEP կորուստ; Դիսփլեյ / մոնիտորինգ (ոչ պակաս քան ներկայացվածը); Ալիքային պատկերներ՝ ճնշում, հոսք, ծավալ, օժանդակ ճնշում; Տվյալները՝ կառավարման ընտրանքներ, հիվանդի տվյալներ, ազդանշանային պարամետրեր և հաղորդագրություններ; Կարգավիճակի ցուցիչ՝ վենտիլացիոն ռեժիմ, մարտկոցի մակարդակ, ժամացույց; O2 % պարունակությունը խառնված գազի մեջ; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Համակարգը ներառում է.;
--	--	--	--	--	--

					Բժշկական օդային կոմպրեսոր կամ տուրբին; Խոնավացուցիչ; 1 խոնավացուցիչի ջրի խցիկ, բազմակի օգտագործման; O2-միացնող խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ; 1 օդի միացման խողովակ՝ ոչ պակաս քան 2 մ; Օդի խոնավացուցիչ. ջեռուցումը անվտանգության թերմոստատով եւ աշխատանքային կարգավիճակի ցուցիչով; 1 շնչառական խողովակներ, նորածնային հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն; 1 շնչառական խողովակներ, մեծահասակ / երեխա հիվանդի խողովակներով, բազմակի օգտագործման, ջրի թակարդներով, Y-մասով, դիմակի միակցիչով, կաթետերի միակցիչով, շնչառական պարկ և այլն; Հիմնական լրակազմ; Անիվներով հենքի վրա օդափոխության սարք, հիվանդի կոնտուրի բռնակ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման
--	--	--	--	--	--

				ծեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է անհրաժեշտ բոլոր լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, մեծահասակների և երեխաների համար բազմակի օգտագործման շնչառական խողովակներ, դիմակներ մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, թթվածնի պահեստային սենսոր, սարքը գազի վահանակին միացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ յուրաքանչյուրը ոչ պակաս քան 2 մ, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն);; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն); -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--