

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք WATO EX-65	WATO EX-65	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.	"Ինհալյացիոն անզգայացման սարք; Օդափոխման եղանակներ VCV, PCV, PSV, SIMV, PSV-VG (համարժեք է PRVC-ին), Manual/Spont; Օդափոխման բոլոր ռեժիմները համապատասխանում են նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին ; Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ; Երկու ներկառուցված սենսորային էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով` 15"; 1024 x 768

պիքսել; Առանձին ներկառուցված թթվածնային հոսքաչափ՝ 15 լ/ր մատակարարման հնարավորությամբ; Արտացոլում մոնիտորի վրա; Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ, գազի կոնցենտրացիա, օգտագործողի կարգավորմամբ; Պարամետրերը; Շնչառական ծավալը՝ 5-ից 1500 մլ տիրույթում; Ներշնչման հոսքը՝ 120 լ/ր; Շնչառության հաճախությունը՝ 2-ից 100 շնչ/րոպ միջակայքում; I:E ratio 4:1 - 1:10; Ճնշման հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H<sub>2</sub>O; Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) - 50 սմ H<sub>2</sub>O; PEEP՝ 3 - 30 սմ H<sub>2</sub>O միջակայքում; Մարտկոցի առկայություն; Անզգայացման սարքի աշխատանքը մարտկոցով 240 րոպե; Ազդանշաններ; O<sub>2</sub> գազի մատակարարման ճնշում, օդ, էլեկտրամատակարարում, համակարգի անսարքություն, փորձարկման ձախողում, ճնշումներ՝ p<sub>max</sub>, p<sub>min</sub>, PEEP max, հաճախականություն, ծավալներ՝ MVmax, MVmin, Vtmin; Այլ պահանջներ; Երկու գոլորշիացնող սարքերի համար գոլորշիացնող

ամրակների առկայություն; O2  
չափման համակարգի  
առկայություն; Իզոյուրանի և  
սեվոֆյուրանի գոլորշիացուցիչների  
առկայություն ; Հուսալի CO2 կլանիչ;  
Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց;  
Հիմնական լրակազմ; Անիվներով  
հենքի վրա օդափոխության սարք,  
հիվանդի կոնտուրի բռնակ, գազի  
աղբյուրներին միացնելու  
խողովակների համալիր; Հոսքի  
տվիչ, բազմակիրառելի; Ջրային  
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,  
բազմակի օգտագործման 2 հատ  
(Մեծահասակների, երեխաների) ;  
Լրակազմ և պարագաներ;  
Տեղադրում և մեկնարկ ;  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ;  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
և ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված; Լրակազմը  
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր  
լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ  
նախատեսված սարքավորման  
լիարժեք շահագործման համար  
(օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի  
օգտագործման համար  
նախատեսված շնչառական  
խողովակներ մեծահասակների

				<p>Երեխաների և նորածինների համար 2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ 2մ կամ ավելի յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն); Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն); -ISO13485 -CE Mark "</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/45  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					