

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՃԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Biobase կամ Infitek կամ AriMed	Biobase կամ Infitek կամ AriMed	Biobase կամ Infitek կամ AriMed	Biobase կամ Infitek կամ AriMed	Ավտոկլավ սեղանի; Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշային 23 լիտր ստերիլիզացնող կամերայով; Ախտահանվող գործընթացը ավտոմատ վերահսկվում է; Ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը; Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության; Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն; Տազնապը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման կամերայում ճնշումը մեծ է ոչ ավելի քան 0.27

ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և դուռը չի կարող բացվել; Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն; Ամբողջ մեքենան պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից; Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս քան 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար; Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար; Նախատեսված լինի ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունի ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն; Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C; Ջերմաստիճանի կարգավորումը ոչ պակաս քան 121°C-134°C միջակայքում; Ախտահանման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-60 րոպե տիրույթում; Չորացման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-20 րոպե տիրույթում; Տաքության շեղումը  $\pm 2^\circ\text{C}$ ; Պետք է ունենա LCD դիսփլեյ

				<p>աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման համար; Սնուցումը 220Վոլտ, 50/60Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն; Սարքավորումը և, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/44  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					