

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	Պտղի մոնիտոր; Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար;: Շարժական; Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` ոչ պակաս քան 2 ժամ;: Դիսփլեյը ոչ պակաս քան 12" TFT կամ LCD գունավոր էկրան, 90° ծալվող; Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ

Ֆորմատով; Ամեն պտղի սրտի լսաագդանշանները հասանելի են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ; Օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco զրո և այլն; Տվյալների պահպանում ոչ պակաս քան 12 ժամ; Ագդանշանային համակարգ; Էլեկտրոսնուցումը` 220 Վոլտ, 50/60 Հց; Ստանդարտ պարամետրեր` TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ; Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR); Պարամետրեր` FHR1, FHR2; Փոխակերպիչները` բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն; Հաճախականությունը ոչ պակաս քան` 1 Mhz; Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում; Ճշգրտությունը` ոչ ավելի քան ± 2 բաբախ/րոպե ; Արգանդի ակտիվություն (TOCO); Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 0-100 միավոր միջակայքում;

Տպիչ; Թերմոպրիստեր; Տպող գլխիկը ջերմակայուն և ոչ պակաս քան 110 մմ երկարությամբ ; Արագությունները ոչ պակաս քան 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ; Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծավված թուղթ ; Թղթի տեսակը՝ սովորական սև թերմոթուղթ; Տվյալների, ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն; Լրակազմ և պարագաներ; 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ; 2. Տպիչի թուղթ՝ ոչ պակաս քան 2 փաթեթ; 3. Ուլտրաձայնային գել՝ ոչ պակաս քան 1 շիշ; Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24

					ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲՈՃԱՊՁԲ-2023/44
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
44					