

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Syring pum	Syring pum	Syring pum	China	Ավտոմատ ներարկիչ; Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ; Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ; Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ծայնային ազդանշան; Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան

(հարվածադիմացկուն); Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում; Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ; Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում; Ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում; Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, ; Ճշգրտություն (սախատեսված ներարկիչներ): $\pm 2\%$; Խցանման ճնշումը` կարգավորելի; KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ; Բոլուս` կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում; Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ; Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն; Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF); Պաշտպանություն

				<p>Էլեկտրական հարումներից (II դասի սարքավորում); Կապ ինտերֆեյս. RS232C; Էլեկտրականություն; Էլեկտրական II դաս; Ներքին լիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում; Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Syring pum	Syring pum	Syring pum	China	Ավտոմատ ներարկիչ; Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ; Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ; Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ծայնային ազդանշան; Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝ ABS պատյան

(հարվածադիմացկուն); Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում; Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ; Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում; Ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում; Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, ; Ճշգրտություն (սախատեսված ներարկիչներ): $\pm 2\%$; Խցանման ճնշումը` կարգավորելի; KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ; Բոլուս` կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում; Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ; Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն; Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF); Պաշտպանություն

				<p>Էլեկտրական հարումներից (II դասի սարքավորում); Կապ ինտերֆեյս. RS232C; Էլեկտրականություն; Էլեկտրական II դաս; Ներքին լիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում; Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--