

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԳՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP	Ավտոմատ ներարկիչ BeneFusion uSP	BeneFusion uSP	Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd.	"Ավտոմատ ներարկիչ; Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր` հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ; Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ; Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան; Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն` ABS պատյան

(հարվածադիմացկուն); Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում; Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ; Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում; Ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում; Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, ; Ճշգրտություն (սախատեսված ներարկիչներ): $\pm 2\%$; Խցանման ճնշումը` կարգավորելի; KVO` կարգավորելի է` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ; Բոլուս` կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում; Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ; Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն; Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF); Պաշտպանություն

				<p>Էլեկտրական հարումներից (II դասի սարքավորում); Կապ ինտերֆեյս. RS232C; Էլեկտրականություն; Էլեկտրական II դաս; Ներքին լիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցով աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում; Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված; Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					