

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                              |                 |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը             | մակնիշը         | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | Shimadzu           | Opescope Acteno,<br>Shimadzu | Opescope Acteno | Shimadzu            | <p>"Վիրաբուժական ռենտգեն համակարգ (C-Arm): Գործառնական ռեժիմներ.: Ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Իմպուլսային ֆլուրոսկոպիա՝ վերջին պատկերի պահպանումով: Թվային ռադիոգրաֆիա: Թվային անգիոգրաֆիա: Թվային սուբտրակցիոն անգիոգրաֆիա: C-Arm.: C-arm ազատ տարածությունը 78 սմ: Ուղեծրի շարժումը 120 °: Առանցքային պտույտը 420 ° : Հորիզոնական շարժումը 20 սմ: Պտույտի միջակայքը 12,5°-ից մինչև -12,5° միջակայքում: Ուղղահայաց</p> |

շարժումը 45 սմ: Ընկղման  
խորությունը 67 սմ: Կողային  
շարժումը ղեկանիվով: C-arm  
հիմնական միավորի լայնությունը 80  
սմ: Ռենտգենյան գեներատոր.:  
Ինվերտորային տիպի բարձր  
հաճախականության փոխարկիչ`  
50kHz: ԿՎ տիրույթը 40 կՎ-ից 110  
կՎ միջակայքում: Նոմինալ էլքային  
հզորությունը 2 ԿՎ: մԱ-ների արժեքը  
0,5 մԱ-ից 200 մԱ: Ռադիոգրաֆիա.:  
Թվային ռադիոգրաֆիա (մԱ) 12 մԱ-  
ից 20 մԱ: Էկսպոզիցիայի  
ժամանակը 25 մվրկ-ից 1000 մվրկ  
կամ Էկսպոզիցիայի ավտոմատ  
վերահսկում: Ֆլուրոսկոպիա.:  
Տեսակները` պոլսային և  
շարունակական ֆլուրոսկոպիա:  
Պոլսային ֆլուրոսկոպիա mA. 0,7 մԱ-  
ից 13,5 մԱ: Պոլսային  
ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը`  
1, 3,75, 7,5, 10, 15, 30 պատկեր/վրկ  
: Շարունակական ֆլուրոսկոպիա`  
0.7 մԱ-ից 9.0 մԱ: Շարունակական  
ֆլուրոսկոպիայի հաճախությունը`  
30 պատկեր/վրկ: Ռենտգենյան  
խողովակ.: Անոդային ջերմության  
պահպանման հզորությունը 100kHU:  
Հավաքական խողովակի

ջերմության պահպանման  
հզորությունը 680 kWh: Թիրախի  
անկյունը՝ 8° : Կոլիմատոր  
ուղանկյուն.: Պատկերի  
ուժեղացուցիչ, CCD: Մուտքային  
դաշտի չափը՝ 9" : FOV- ի  
ընտրություն. 9 "x 6" : Մաքսիմալ  
կենտրոնական սահմանափակման  
թողունակությունը 6,0 տող / մմ: CCD  
ֆոտոխցիկի պիքսելներ՝ 1k x 1k:  
Խտության թողունակությունը 12  
բիթ: Վերջին պատկերի  
ծայնագրություն (LIH): Պատկերների  
(ցիկլային) հիշողություն՝ 172  
պատկեր : LCD Էկրան 19 դյույմ  
բարձր թողունակությամբ  
(1920x1080), բարձր  
պայծառությամբ և հակազդեցիկ  
ծածկույթով: Էկրանների քանակը 2  
հատ: Պահպանման ծավալը. 75000  
պատկեր, 500 Գբ: Պատկերի  
մշակում.: Աղմուկի ճնշում,  
հաճախականության ֆիլտրում,  
պտույտ, դրական / բացասական  
ինվերսիա : Ձախ / աջ և վերև /  
ներքևի շրջում, հանում:  
Էլեկտրասնուցումը՝ 220Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ.: 24 ամիս  
երաշխիք ամբողջ համակարգի, այդ

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>թվում ռենտգենյան խողովակի<br/>համար : Տեղադրում և մեկնարկ :<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում :<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն :<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված: Լրակազմը<br/>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>: Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն). -ISO13485; -CE Mark<br/>(Directive 93/42/EEC):"</p> |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |