

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
81	Optitorque,	.	Terumo	Ախտորոշիչ կաթետեր` ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափերն են` 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr` 37-40 մլ/վրկ անցունակությամբ): Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիկական առանձնահատկություններից ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող տեսակներն են` AL-1, AL-2, AL-3, AR-1, AR-2, AR-3, AR-JP, JL3.5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, MP-2.5, MP-3.0, MP-3.5, MP-4.0, ST, IM, IM-Round tip, IM-Short tip, IM-JP type, BP-JL, BP-JR, PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, BLK-4.0, Tiger տեսակի` ունիվերսալ, սրտի աջ և ձախ անոթների համար, ռադիալ և բրախիալ մոտեցման դեպքերում: Ֆորմատ` հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր Է, չօգտագործված,

			<p>գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-2023/16-22-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
81	Optitorque,	.	Terumo	Диагностический катетер для инвазивных процедур. В зависимости от массы оперируемого больного и анатомических особенностей сосуда необходимые размеры диагностического катетера составляют: 5Fr, 6Fr (5Fr, 6Fr с пропускной способностью 37-40 мл/с). В зависимости от анатомических особенностей оперированного сосуда необходимыми типами диагностических катетеров являются: АЛ-1, АЛ-2, АЛ-3, АР-1, АР-2, АР-3, АР-JP, JL3,5, JL-4.0, JL-4.0, JL-5.0, JR-3.5, JR-4.0, JR-5.0, МР-2.5, МР-3.0, МР-3.5, МР-4.0, ST, IM, IM-Круглый наконечник, IM -Короткий наконечник, тип IM-JP, BP-JL, BP-JR, PIG, PIG-Small, PIG-145°, PIG-155°, PIG-Round 155°, BLK-4.0, Тип Tiger: универсальный, для правого. и левые сосуды сердца, радиальные и при плечевом доступе. Формат: ПК. Наличие сертификатов

			<p>качества CE MARK является обязательным. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке.</p> <p>Включает технические характеристики, характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 70% от всего срока годности на момент поставки.</p> <p>Покупатель имеет право вернуть или изменить размер товара на другой по мере необходимости, если в наличии не менее 50% всего срока годности товара.</p>
--	--	--	--