

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SPS GROUP-ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dawei Medical	Dawei	DW-T60	Dawei Medical (Jiangsu) Co., Ltd.	Թվային գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ երկու տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, մկանակմախքային համակարգի, անոթային հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան` 4, Մոնիտոր, ոչ պակաս, քան 21,5 դյույմ անկյունագծով, պիքսելները, առնվազն` 1920x1080, Հպումային

Touch Screen էկրան, ոչ պակաս քան 13,3 դյույմ անկյունագծով, առնվազն՝ 1920x1080 պիքսել, Փոխանցման/Հաղորդման ընդունման թվային վերամշակվող ալիքների քանակ, ոչ պակաս, քան՝ 650.000 Տվիչների միաբյուրեղային տեխնոլոգիա, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, Պատկերների սեգմենտար մեծացում, պատկերի հակապատկերում՝ աջ/ձախ, վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ, ազոնվազն՝ 90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի ծավալը, ոչ պակաս քան՝ 500 Գբ, պատկերի պահպանում՝ ոչ պակաս քան 320.000 պատկեր, ոչ պակաս քան՝ 40.000 դինամիկ պատկեր, Ռեժիմների և ծրագրերի առկայություն՝ B, M, Գունավոր դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն հարմոնիկա, Հյուսվածքային հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս

ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ,
գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ ·
Կադրերի հաճախականություն, ոչ
պակաս, քան՝ 1400 կադր/վ ·
Հետազոտման խորությունը, ոչ
պակաս, քան՝ 40 սմ · Խոշորացում,
ոչ պակաս, քան՝ 10 անգամ ·
Քարտեզների առկայություն,
առնվազն՝ 13 · Դինամիկ
դիապագոնը – 20-280դբ Գունավոր
դոպլեր/հյուսվածքային դոպլեր ·
Կադրերի հաճախականություն, ոչ
պակաս, քան՝ 160 կադր/վ ·
Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով
կարգավորման առկայություն ·
Ինվերսիայի առկայություն · Պատի
ֆիլտրերի դիապագոնը, առնվազն
50-700 Հց · PRF
հաճախականությունը, առնվազն՝ 1
– 8 ԿՀց CW/PW Անընդհատ-ալիքային
եվ Իմպուլս-ալիքային դոպլեր ·
Դիրքի և ծավալի կարգավորում
իմպուլս ալիքային դոպլերի համար,
առնվազն՝ 1-20մմ · Տրիպլեքս
ռեժիմի առկայություն · Ավտոմատ
անկյան կարգավորում, 0, 60, -60
աստիճան · Անընդհատ ալիքային
դոպլերի համար PRF
հաճախականություն, առնվազն՝

1-40ԿՀց, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,1-50մ/վ · իմպուլս-ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF հաճախականություն, առնվազն՝ 1-16ԿՀց, HPRF, արագությունների գրանցման սանդղակ, առնվազն՝ 0,4-15մ/վ · Պատի ֆիլտրերի դիապազոնը, առնվազն՝ 50-700 Հց · Ավտոմատ կարգավորման առկայություն Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ՝ Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Շագանակագեղձ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով; Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
SPS GROUP в качестве участника в	рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ	полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2				
				<p>BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով; Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով, Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM ֆորմատով և այլն: Ընդհանուր առմամբ նախատեսված է հետևյալ տեխնիկական հատկանիշները՝ Auto NT Auto IMT DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն արտաքին աշխատանքային կայան Էրակագմ` Կոնվերս մոնոկրիստալ տվիչ, ոչ պակաս, քան 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 50մմ, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 160 Գծային տվիչ, ոչ պակաս, քան` 4.0-16.0 ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների քանակ ոչ պակաս, քան` 256, շառավիղ, ոչ պակաս, քան` 55մմ - Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը, ոչ պակաս, քան` 12 ամիս: Սարքը նոր և չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ.</p>

					անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ EC
--	--	--	--	--	--